

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Датчики силоизмерительные тензорезисторные S363R

#### Назначение средства измерений

Датчики силоизмерительные тензорезисторные S363R (далее – датчики) предназначены для преобразования статических усилий в аналоговый электрический сигнал, пропорционально измеряемому усилию под воздействием силы растяжения или сжатия, при проведении статических и повторно-статических испытаний образцов и агрегатов.

#### Описание средства измерений

Принцип действия датчиков основан на преобразовании упругой деформации элемента датчика, возникающей под действием приложенной нагрузки в аналоговый электрический сигнал. Сигнал пропорционален измеряемому усилию, приложенному к телу датчика.

Конструктивно датчики выполнены в корпусе цилиндрической формы. Чувствительным элементом датчиков является упругий измерительный элемент, расположенный в корпусе и составляющий с ним единую деталь. На поверхность упругого измерительного элемента наклеены тензорезисторы, соединенные в мостовую электрическую цепь. Электрическая схема датчиков содержит элементы компенсации температурных воздействий на выходной сигнал. Датчики выпускаются как с одной, так и с двумя мостовыми схемами. Две мостовые схемы предназначены для обеспечения надежности работы датчиков.

В конструкции датчиков предусмотрены внутренние резьбовые соединения для установки шарнирных тяг. Датчики могут выпускаться как со встроенным усилителем сигнала, так и без него. Электрическое подсоединение датчиков к измерительным усилителям осуществляется через унифицированные электрические разъемы.

Датчики используются в составе измерительных устройств, приборов, систем и систем управления.

Модели датчиков S363R отличаются номинальной нагрузкой, габаритными размерами и массой. Обозначение модификации S363R-T-X-(Y)-(A): S363R - тип по каталогу производителя, T-единицы измерений (тс), X - номинальная нагрузка датчика в тс, Y - категория точности (для категории точности 0,10 значение не указывается), A - наличие встроенного усилителя сигнала.

Общий вид датчика силоизмерительного тензорезисторного S363R представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид датчика силоизмерительного тензорезисторного S363R.  
Пломбирование датчиков силоизмерительных тензорезисторных S363R не предусмотрено.

**Программное обеспечение**  
отсутствует.

**Метрологические и технические характеристики**

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Модификации	Номинальная нагрузка $P_{ном}$ , кН
S363R-T-0.2, S363R-T-0.2-0.15, S363R-T-0.2-0.2, S363R-T-0.2-0.3, S363R-T-0.2-A, S363R-T-0.2-0.15-A, S363R-T-0.2-0.2-A, S363R-T-0.2-0.3-A	1,9613
S363R-T-0.5, S363R-T-0.5-0.15, S363R-T-0.5-0.2, S363R-T-0.5-0.3, S363R-T-0.5-A, S363R-T-0.5-0.15-A, S363R-T-0.5-0.2-A, S363R-T-0.5-0.3-A	4,9033
S363R-T-1, S363R-T-1-0.15, S363R-T-1-0.2, S363R-T-1-0.3, S363R-T-1-A, S363R-T-1-0.15-A, S363R-T-1-0.2-A, S363R-T-0.2-1-A	9,8067
S363R-T-2, S363R-T-2-0.15, S363R-T-2-0.2, S363R-T-2-0.3, S363R-T-2-A, S363R-T-2-0.15-A, S363R-T-2-0.2-A, S363R-T-0.2-2-A	19,613
S363R-T-3, S363R-T-3-0.15, S363R-T-3-0.2, S363R-T-3-0.3, S363R-T-3-A, S363R-T-3-0.15-A, S363R-T-3-0.2-A, S363R-T-3-0.3-A	29,420
S363R-T-5, S363R-T-5-0.15, S363R-T-5-0.2, S363R-T-5-0.3, S363R-T-5-A, S363R-T-5-0.15-A, S363R-T-5-0.2-A, S363R-T-5-0.3-A	49,033
S363R-T-10, S363R-T-10-0.15, S363R-T-10-0.2, S363R-T-10-0.3, S363R-T-10-A, S363R-T-10-0.15-A, S363R-T-10-0.2-A, S363R-T-10-0.3-A	98,067
S363R-T-15, S363R-T-15-0.15, S363R-T-15-0.2, S363R-T-15-0.3, S363R-T-15-A, S363R-T-15-0.15-A, S363R-T-15-0.2-A, S363R-T-15-0.3-A	147,10
S363R-T-20, S363R-T-20-0.15, S363R-T-20-0.2, S363R-T-20-0.3, S363R-T-20-A, S363R-T-20-0.15-A, S363R-T-20-0.2-A, S363R-T-20-0.3-A	196,13
S363R-T-30, S363R-T-30-0.15, S363R-T-30-0.2, S363R-T-30-0.3, S363R-T-30-A, S363R-T-30-0.15-A, S363R-T-30-0.2-A, S363R-T-30-0.3-A	294,20
S363R-T-50, S363R-T-50-0.15, S363R-T-50-0.2, S363R-T-50-0.3, S363R-T-50-A, S363R-T-50-0.15-A, S363R-T-50-0.2-A, S363R-T-50-0.3-A	490,33
S363R-T-100, S363R-T-100-0.15, S363R-T-100-0.2, S363R-T-100-0.3, S363R-T-100-A, S363R-T-100-0.15-A, S363R-T-100-0.2-A, S363R-T-100-0.3-A	980,67
S363R-T-150, S363R-T-150-0.15, S363R-T-150-0.2, S363R-T-150-0.3, S363R-T-150-A, S363R-T-150-0.15-A, S363R-T-150-0.2-A, S363R-T-150-0.3-A	1471,0
S363R-T-200, S363R-T-200-0.15, S363R-T-200-0.2, S363R-T-200-0.3, S363R-T-200-A, S363R-T-200-0.15-A, S363R-T-200-0.2-A, S363R-T-200-0.3-A	1961,3

Таблица 2 – Метрологические характеристики для модификаций без встроенного усилителя сигнала

Наименование характеристики	Модификация / Значение			
	S363R-T-X	S363R-T-X-0,15	S363R-T-X-0,2	S363R-T-X-0,3
Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке, мВ/В	от 1,98 до 2,02			
Категория точности по ГОСТ 28836-90	0,10	0,15	0,2	0,3

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Модификация / Значение			
	S363R-T-X	S363R-T-X-0,15	S363R-T-X-0,2	S363R-T-X-0,3
Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности, %	±0,10	±0,15	±0,20	±0,30
Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности (СКО), %	±0,050	±0,075	±0,100	±0,150
Нелинейность, %	±0,10	±0,15	±0,20	±0,30
Гистерезис, % от Рном	0,10	0,15	0,20	0,30

Таблица 3 – Метрологические характеристики для модификаций со встроенным усилителем сигнала

Наименование характеристики	Модификация / Значение			
	S363R-T-X-A	S363R-T-X-0,15-A	S363R-T-X-0,2-A	S363R-T-X-0,3-A
Значение выходного сигнала при номинальной нагрузке для режима растяжение, В	от 9,90 до 10,10			
Значение выходного сигнала при номинальной нагрузке для режима сжатие, В	от 1,98 до 2,02			
Категория точности по ГОСТ 28836-90	0,10	0,15	0,2	0,3
Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности, %	±0,10	±0,15	±0,20	±0,30
Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности (СКО), %	±0,050	±0,075	±0,100	±0,150
Нелинейность, %	±0,10	±0,15	±0,20	±0,30
Гистерезис, % от Рном	0,10	0,15	0,20	0,30

Таблица 4 – Основные технические характеристики для модификаций без встроенного усилителя сигнала

Наименование характеристики	Значение
Входное сопротивление, Ом	от 740 до 800
Выходное сопротивление, Ом	от 695 до 705
Напряжение питания, В	от 3 до 10
Предельная допустимая нагрузка, % от Рном	150
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, не более	от +15 до +25 85
Полный средний срок службы, лет, не менее	3

Таблица 5 – Основные технические характеристики для модификаций со встроенным усилителем сигнала

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания, В	от 22,8 до 25,2
Предельная допустимая нагрузка, % от $R_{ном}$	150
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, не более	от +15 до +25 85
Полный средний срок службы, лет, не менее	3

Таблица 6 – Основные технические характеристики

Модель	Габаритные размеры, мм, не более (диаметр x длина)	Масса, кг, не более
S363R-T-0.2-(Y)-(A)	Ø123 x 35	3
S363R-T-0.5-(Y)-(A)		
S363R-T-1-(Y)-(A)		
S363R-T-2-(Y)-(A)	Ø123 x 50	5
S363R-T-3-(Y)-(A)		
S363R-T-5-(Y)-(A)	Ø165 x 60	9
S363R-T-10-(Y)-(A)		
S363R-T-15-(Y)-(A)	Ø205 x 65	12
S363R-T-20-(Y)-(A)		
S363R-T-30-(Y)-(A)	Ø225 x 70	19
S363R-T-50-(Y)-(A)		
S363R-T-100-(Y)-(A)	Ø290 x 90	35
S363R-T-150-(Y)-(A)		
S363R-T-200-(Y)-(A)		
	Ø310 x 130	60

#### Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 7 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Датчик силоизмерительный тензорезисторный S363R		1 шт.
Руководство по эксплуатации	Датчики силоизмерительные тензорезисторные S363R. Руководство пользователя (паспорт)	1 экз.
Методика поверки	МП ТИИТ 209-2017 «Датчики силоизмерительные тензорезисторные S363R. Методика поверки»	1 экз.
Комплект оснастки		по запросу

#### Поверка

осуществляется по документу МП ТИИТ 209-2017 «ГСИ. Датчики силоизмерительные тензорезисторные S363R. Методика поверки», утверждённому ООО «ТестИнТех» 06.04.2017 г.

Основные средства поверки:

– Машины силовоспроизводящие 1-го разряда по ГОСТ 8.640-2014, основная погрешность  $\pm 0,02$  %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в эксплуатационном документе.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам силоизмерительным тензорезисторным S363R**

Техническая документация «Anyload Weigh and Measure Inc.» (Канада)

**Изготовитель**

«Anyload Weigh and Measure Inc.», Канада  
Адрес: 6855 Antrim Ave., Burnaby, BC, Canada. V5J 4M5  
Тел.: +1-604-420-2130  
Факс: +1-866-612-9088  
Web-сайт: [www.anyload.com](http://www.anyload.com)

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «ПетВес-МСК» (ООО «ПетВес-МСК»)  
ИНН 7720700136  
Адрес: 111394, г. Москва, ул. Перовская, д.65, стр.1  
Тел.: +7 (495) 375-95-65, +7 (495) 544-42-50  
Web-сайт: [www.pet-ves.ru](http://www.pet-ves.ru), [www.петвес-мск.рф](http://www.петвес-мск.рф)  
E-mail: [info@pet-ves.ru](mailto:info@pet-ves.ru)

**Испытательный центр**

Общество с ограниченной ответственностью «ТестИнТех» (ООО «ТестИнТех»)  
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 1  
Тел.: +7 (499) 944-40-40

Аттестат аккредитации ООО «ТестИнТех» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312099 от 04.05.2017 г.

**Заместитель**

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.