

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора  
ФГУП «СНИИМ»



В.Ю. Кондаков

«14» марта 2018 г.



## МОДУЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МИ-СН4

Методика поверки

МП-128-РА.RU.310556-2017

г. Новосибирск

2017 г.

Настоящая методика поверки распространяется на Модули измерительные МИ-СН4 (далее – Модули), предназначенные для измерения объемных долей метана в воздухе в составе устройства оповещения SBGPS Light-4 или другого совместимого оборудования и устанавливает методы их первичной поверки при выпуске из производства, после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками – 1 год.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки
1 Внешний осмотр	6.1
2 Опробование	6.2
3 Определение метрологических характеристик	6.3

1.2 В случае получения отрицательного результата при проведении какой-либо из операций поверка прекращается.

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средств поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.3	Поверочный нулевой газ (воздух) в баллонах под давлением, ТУ 6-21-5-82
6.3	ГСО-ПГС «СН <sub>4</sub> – воздух» в баллонах под давлением, ГСО 10642-2015
6.3	ГСО-ПГС «СН <sub>4</sub> – воздух» в баллонах под давлением, ГСО 10749-2016
6.2, 6.3	Прибор комбинированный «Testo-622» (Рег. № 44744-10), Температура: от -10 до +60 °С ПГ ±0,4 °С; Относительная влажность: от 10 до 98 % ПГ ±3 %; Абсолютное давление: от 300 до 1200 гПа, ПГ ±5 гПа
6.3	Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, ТУ 25-02.070213-82, верхняя граница диапазона измерений объемного расхода 0,063 м <sup>3</sup> /ч, кл. точности 4
6.3	Вентиль точной регулировки ВТР-1. ЛНПК4.463.000 ТУ, диапазон рабочего давления от 0 до 15 МПа
6.3	Установка поверочная КИМ (Рег. № 9129-83) ТУ 12.48.188-84, диапазон измерений объемных долей метана в воздухе от 0 до 3 %, ПГ ±0,06 об. доля % в диапазоне от 0 до 2 об. доля %, ПГ ±0,1 об. доля % в диапазоне от 2 до 3 об. доля %
6.3	Метан газообразный ТУ 51-841-87
6.3	Секундомер СОПр (Рег. № 11519-11), ТУ 251894.003-90, класс точности 2
6.3	Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 6×1,5 мм, ТУ 64-2-286-79
6.3	Адаптер для модулей измерительных СГМИ МКВЕ.Э052-23-00
6.3	Персональный компьютер с установленной программой «SBGPS Техническое обслуживание 2.Х»

- 2.2 Все средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке, стандартные образцы состава в баллонах под давлением – действующие паспорта.
- 2.3 Допускается использование других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик Модулей с требуемой точностью.

### 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения. Не допускается сбрасывать ГСО-ПГС в атмосферу рабочих помещений.
- 3.2 В помещении должна быть исключена возможность образования взрывоопасных метано-воздушных смесей.
- 3.3 При работе с баллонами, содержащими поверочные газовые смеси под давлением, необходимо соблюдать требования техники безопасности согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116).
- 3.4 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности по ГОСТ 12.3.019-80.
- 3.5 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, изложенные:
- в руководстве по эксплуатации Модулей МКВЕ.Э061-01-50 РЭ;
  - в эксплуатационных документах средств измерений, используемых при поверке.

### 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- 4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающей среды –  $(20 \pm 5)$  °С. Изменение температуры окружающей среды и ГСО-ПГС за время проведения поверки не должно превышать  $\pm 2$  °С;
  - относительная влажность воздуха – от 20 до 80 % при 20 °С. Изменение влажности за время проведения поверки не должно превышать  $\pm 10$  %;
  - атмосферное давление –  $(101,3 \pm 3,3)$  кПа. Изменение давления за время проведения поверки не должно превышать  $\pm 1$  кПа;
  - механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля (кроме магнитного поля Земли), влияющие на работу Модулей, должны быть исключены;
  - расход ПГС  $(0,14 - 0,16)$  л/мин.

### 5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- 5.1 Выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности.
- 5.2 Выдержать Модули и баллоны с ГСО-ПГС в помещении, где проводится поверка, в течение времени, необходимого для выравнивания их температуры с температурой помещения.
- 5.3 Проверить наличие и работоспособность основных и вспомогательных средств поверки, перечисленных в таблице 2.
- 5.4 Проверить наличие действующих свидетельств или отметок о поверке на средства измерений, перечисленные в таблице 2.
- 5.5 Проверить наличие паспортов и сроки годности ГСО-ПГС.

5.6 Подготовить поверяемый Модуль и средства поверки к работе в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

## 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие Модуля следующим требованиям:

- Модуль не должен иметь повреждений и дефектов, влияющих на работоспособность;
- на корпусе Модуля должна быть неповрежденная защитная наклейка (пломба) изготовителя;
- комплектность (при первичной поверке) и маркировка Модуля должны соответствовать руководству по эксплуатации МКВЕ.Э061-01-50 РЭ;
- в разделе «Свидетельство о приемке» паспорта МКВЕ.Э061-01-50 ПС должны быть печать и подпись представителя ОТК (при первичной поверке).

Модуль считается выдержавшим поверку, если он соответствует перечисленным выше требованиям.

### 6.2 Опробование

6.2.1 Подключить Модуль к адаптеру для модулей измерительных СГМИ МКВЕ.Э052-23-00 в соответствии с руководством по эксплуатации адаптера. Адаптер является вспомогательным оборудованием, обеспечивающим электропитание модулей, считывание и передачу цифрового сигнала по Wi-Fi.

6.2.2 Подать на адаптер питание и выждать время прогрева Модуля не менее 2 минут.

6.2.3 Результат опробования считают положительным, если после окончания времени прогрева Модуль переходит в режим измерений и на мониторе компьютера в окне программы «SBGPS Техническое обслуживание 2.X» отображаются текущие значения.

### 6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Проверка производится с использованием Государственных стандартных образцов – поверочных газовых смесей (далее – ПГС), перечень которых приведен в таблице 3.

6.3.2 Допускается проводить поверку Модулей МИ-СН4 в составе устройства оповещения SBGPS Light-4 с использованием установки поверочной КИМ. Создаваемые в камере КИМ объемные доли метана должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3 – ПГС, применяемые при поверке

Определяемый компонент	Диапазоны измерений, об. доля	Содержание компонента в ПГС, допустимое отклонение от номинального значения, об. доля		
		ПГС 1	ПГС 2	ПГС 3
Метан (СН <sub>4</sub> )	от 0 до 2,5 %	ПНГ	1,4 ± 0,2 % в воздухе	2,4 ± 0,2 % в воздухе

ПНГ – поверочный нулевой газ «Воздух» по ТУ 6-21-5-85.

6.3.3 Собрать схему подачи газоздушной смеси в соответствии с Приложением А.

6.3.4 Подключить Модуль к адаптеру для модулей измерительных СГМИ МКВЕ.Э052-23-00 в соответствии с руководством по эксплуатации на адаптер.

6.3.5 Скорректировать нулевые показания Модуля в соответствии с п. 2.4 «Градуировка модулей измерительных» руководства по эксплуатации МКВЕ.Э061-01-50 РЭ.

6.3.6 Определить основную погрешность измерений Модуля в следующем порядке:

6.3.6.1 Подключить баллон с ПГС1 в соответствии с таблицей 3.

6.3.6.2 С помощью вентиля точной регулировки установить по показаниям ротаметра расход ПГС (0,14 – 0,16) л/мин. Время подачи ГСО-ПГС - не менее 90 с.

- 6.3.6.3 Зафиксировать значение проверяемой величины по показаниям на мониторе компьютера в окне программы «SBGPS Техническое обслуживание 2.X».
- 6.3.6.4 Повторить п. 6.3.6.1 – 6.3.6.3, подавая ПГС в последовательности №№ 1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 3 в соответствии с таблицей 3.
- 6.3.6.5 По результатам измерений, полученным в каждой точке проверки, определить основную абсолютную погрешность Модуля.
- 6.3.6.6 Значение основной абсолютной погрешности Модуля  $\Delta$ , % об. вычислить по формуле:

$$\Delta = C_{изм} - C_{\delta}, \quad (1)$$

где:


$C_{изм}$  – показания Модуля в точке проверки, % об.;

$C_{\delta}$  – действительное значение содержания определяемого компонента в точке проверки, указанное в паспорте на ГСО-ПГС, % об., или показания установки поверочной КИМ, % об., при поверке Модулей в составе устройства оповещения SBGPS Light-4 с использованием установки поверочной КИМ.

- 6.3.7 Результат проверки считают положительным, если полученные значения основной абсолютной погрешности в каждой точке поверки находятся в пределах  $\pm 0,2$  % об. д.

## 7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.
- 7.2 Положительные результаты поверки Модуля оформляют свидетельством о поверке или записью в паспорте, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки в соответствии с приказом Минпромторга РФ № 1815 от 2 июля 2015 г. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке или в паспорт.
- 7.3 Результаты поверки считаются отрицательными, если при проведении поверки установлено несоответствие хотя бы по одному из пунктов настоящей методики.
- 7.4 Отрицательные результаты поверки оформляются выдачей извещения о непригодности.



1 – баллон с ПГС; 2 – вентиль; 3 – вентиль точной регулировки;  
4 – ротаметр; 5 – адаптер или установка поверочная КИМ

Рисунок 1 – Схема подачи ПГС из баллонов под давлением