

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Колонки сжиженного газа MZ6XXXLPG

#### Назначение средства измерений

Колонки сжиженного газа MZ6XXXLPG (далее - колонки) предназначены для измерений объема сжиженного углеводородного газа (пропана, бутана, пропан-бутановой смеси, далее – сжиженный газ) при выдаче его в баллоны транспортных средств.

#### Описание средства измерений

Принцип действия колонок состоит в следующем: сжиженный газ из резервуара через приемный клапан, фильтр предварительной очистки подается в измеритель объема (счетчик) сжиженного газа из которого через раздаточный шланг с пистолетом поступает в бак транспортного средства.

Газовая фаза после сепаратора поступает обратно в резервуар.

В колонках реализован прямой метод непосредственной оценки объема сжиженного газа измерителем объема, проходящего через колонку, в единицах объема.

При протекании сжиженного газа через измеритель объема возникает разность давлений на его входе и выходе, под действием которого поршень совершает возвратно-поступательное движение, сжиженный газ при этом вытесняется из измерительной камеры.

Поступательное движение поршней вместе с кулисами преобразуется во вращательное движение коленчатого вала, которое через соединительную муфту передается на вал датчика импульсов.

Вращательное движение вала датчика импульсов преобразуется в последовательность электрических импульсов, поступающих в электронно-вычислительное устройство колонки, и далее дисплей, на цифровом табло которого индицируется количество отпущенного сжиженного газа, его цена и стоимость.

Задание дозы сжиженного газа и включение колонок производит оператор на пульте, находящемся непосредственно на колонке или с пульта дистанционного управления через интерфейс S&B-VII или IFSF (LON) или с помощью ПИН кода или специальных карт через устройство считывания карт, соединенных с системой управления колонки.

Установка нулевых показаний на цифровом табло разового учета выданного объема сжиженного газа производится автоматически при снятии раздаточного пистолета с колонки.

Колонки состоят из гидравлической системы, включающей электромагнитный клапан 0614, изготовитель фирма «Automatic Control valves», Испания, или EMXX, изготовитель фирма «Asco Controls BV», Нидерланды, измерителя объема MP-02524, изготовитель фирмы «Tatsuno Corporation», Япония, с датчиком импульсов IG10, изготовитель фирма «Scheidt & Bachmann GmbH», Германия, или измерителя объема YGM, изготовитель фирма «Yenen Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.», Турция, с датчиком импульсов IG10, изготовитель фирма «Scheidt & Bachmann GmbH», Германия, фильтра, раздаточного шланга с пистолетом длиной не менее 4-х метров, электронно-вычислительного устройства с пультом (или без пульта) и пульта устройства дистанционного управления.

Электронно-вычислительные устройства T20 или T30 состоят из микропроцессора, со встроенным блоком питания (только в T20), и имеют шину CAN-BUS, для управления двигателем насоса и клапанами.

Колонки имеют одну или две гидравлические системы, каждая из которых имеет технические характеристики одинарной колонки, и обеспечивают заправку одновременно с двух сторон.

Колонки выпускаются односторонние и двухсторонние.

Раздаточный пистолет может быть закреплен с торцевой или фронтальной стороны.

Колонки при выпуске имеют следующее обозначение:

MZ6X<sub>1</sub>X<sub>2</sub>X<sub>3</sub>LPG,

где MZ6 – тип колонки;

X<sub>1</sub> – модификация по конструктивному исполнению гидравлического блока: 1 или 3;

X<sub>2</sub> – измеритель объема MP-02524 1, измеритель объема YGM – 2;

X<sub>3</sub> – количество раздаточных рукавов 1 или 2;

LPG – сжиженный углеводородный газ.

Общий вид конструктивного исполнения колонок представлен на рисунках 1 - 3.

Схемы пломбирования измерителей объема с датчиками импульсов и крышек электронно-вычислительных устройств Т20 и Т30 для нанесения знака поверки представлены на рисунках 4 - 5 соответственно.




MZ610XLPG




MZ63XXLPG

Рисунок 1 - Общий вид колонок




MZ6111LPG и MZ6112LPG

Рисунок 2 – Общий вид конструктивного исполнения колонок



MZ6311LPG и MZ6312LPG

Рисунок 3 – Общий вид конструктивного исполнения колонок



Измеритель объема MP-02524

Измеритель объема YGM

Рисунок 4 - Схемы пломбирования измерителей объема поршневых с датчиками импульсов IG10



Для Т20

Для Т30

Рисунок 5 - Схема пломбирования крышки электронно-вычислительных устройств Т20 и Т30

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) колонок является встроенным, имеет функции управления насосами, определения объема выданного сжиженного газа, вывода информации об объеме выданного сжиженного газа и его стоимости на дисплей и интерфейсы связи, сохранения во внутренней памяти количество выданных доз, количества смен цены сжиженного газа, количества и характера отказов, и реализовано в микропроцессоре, размещенном в электронно-вычислительном устройстве колонки. Доступ к микропроцессору и его интерфейсу для загрузки ПО ограничивается корпусом электронно-вычислительного устройства и защитной крышкой, которая пломбируется.

Доступ к изменению параметров работы ПО, влияющих на метрологические характеристики колонки защищен паролем администратора и паролем юстировки.

ПО не может быть модифицировано, считано или загружено через какой-либо другой интерфейс после опломбирования. Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом применения ПО.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	T20	T30
Идентификационное наименование ПО	T20 Rechner	T30 Rechner
Номер версии (идентификационный номер) ПО	0727460 или 0729560	0731418
Цифровой идентификатор ПО	_*	_*
* - данные недоступны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования		

Уровень защиты ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 – высокий.

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальный объемный расход через один раздаточный рукав, дм <sup>3</sup> /мин (л/мин)	50±10
Минимальный объемный расход, дм <sup>3</sup> /мин (л/мин)	5
Минимальный объем дозы выдачи, дм <sup>3</sup> (л)	5
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема отпущенной дозы, %	±1,0
Сходимость измерений, %, не более	1
Количество разрядов указателя разового учета: - выданного объема сжиженного газа, дм <sup>3</sup> (л) - цены за 1 дм <sup>3</sup> (л), руб. - стоимости выданной дозы, руб.	6 5 6
Количество разрядов указателя суммарного учета <sup>1</sup> , л	10
Дискретность указателей разового и суммарного учета	0,01
Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа	1,8
Минимальное рабочее давление гидросистеме, МПа	0,2

<sup>1</sup> - Электронный указатель суммарного учета не сбрасываемый, информация при отключении питания сохраняется в течение одного года.

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Количество раздаточных рукавов, шт., не более	2
Длина раздаточного рукава, м, не менее	4
Номинальная толщина фильтрования, мкм	40
Рабочие условия эксплуатации: - относительная влажность окружающего воздуха, % - температура окружающего воздуха, °С: - для МР-02524 - для YGM	от 30 до 100 при +25 °С  от -40 до +50 от -10 до +50
Параметры электропитания от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц	от 195,5 до 253 50±1
Потребляемая мощность, В·А, не более	75
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм: - для MZ610X-LPG - для MZ630X-LPG	1005 х 600 х 1930 860 х 464 х 1907
Масса, кг, не более	255
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	10000
Средний срок службы, лет	10
Маркировка взрывозащиты	ExIIГсIIAT1X

#### Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку колонки фотографическим способом и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Колонка (исполнение по заказу)	MZ6XXXLPG	1 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.
Методика поверки	МЦКЛ.0215.МП	1 экз.
Запасные части	-	По заказу
Раздаточный рукав	-	до 2 шт. (по заказу)

#### Поверка

осуществляется по документу МЦКЛ.0215.МП «ГСИ. Инструкция. Колонки сжиженного газа MZ6XXXLPG и MZ7XXXLPG». Методика поверки», утвержденному ЗАО КИП «МЦЭ» 23.05.2017 г.

Основные средства поверки:

- мерник металлический 2-го разряда по ГОСТ 8.510-2002, для сжиженных газов типа ММСГ-1, с номинальной вместимостью 10 дм<sup>3</sup> (регистрационный номер 22482-07).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство, измерители объема, датчики импульсов и крышку электронно-вычислительного устройства Т20 и Т30, как показано на рисунках 4 - 5.

**Сведения о методиках (методах) измерений**  
приведены в эксплуатационном документе.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к колонкам сжиженного газа MZ6XXXLPG**

ГОСТ 8.510-2002 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости

Техническая документация фирмы «Scheidt & Bachmann TUBS d.o.o.», Хорватия

**Изготовитель**

Фирма «Scheidt & Bachmann TUBS d.o.o.», Хорватия  
Адрес: Dolenica 20, Donji Stupnik, 10 250 Lučko, Croatia  
Телефон: 00385 1 653-06-79; 00385 1 653-11-39  
Факс: 00385 1 653-11-38  
E-mail: [sb-t@zg.htnet.hr](mailto:sb-t@zg.htnet.hr)

**Заявитель**

Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ПРОГРЕСС»  
(ЗАО «НПП «ПРОГРЕСС»)  
ИНН 7729062079  
Адрес: 119192, г. Москва, ул. Винницкая, д. 15  
Телефон: +7 (495) 730-51-16; +7 (495) 730-51-17  
E-mail: [progress.company2017@yandex.ru](mailto:progress.company2017@yandex.ru)

**Испытательный центр**

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие «Метрологический центр энергоресурсов» (ЗАО КИП «МЦЭ»)

Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8  
Телефон/факс: +7(495) 491-78-12  
E-mail: [sittek@mail.ru](mailto:sittek@mail.ru)

Аттестат аккредитации ЗАО КИП «МЦЭ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311313 от 09.10.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.