

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

К.В. Гоголинский

19" февраля 2016 г.



Преобразователи влажности Rotronic модификаций  
HF1, HF3, HF4, HF5, HF7, HF8, HC2-S3C03, HM4, MP100, MP400  
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ  
МП-242-1985-2016

*г.р. 64197-16*

Разработал  
Научный сотрудник

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Г.М. Мамонтов".

Г.М. Мамонтов

Санкт-Петербург  
2016 г.

Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи влажности Rotronic модификаций HF1, HF3, HF4, HF5, HF7, HF8, HC2-S3C03, HM4, MP100, MP400, выпускаемые фирмой "Rotronic AG", Швейцария, (далее – преобразователи) и устанавливает методику их первичной поверки при вводе в эксплуатацию и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками – один год.

## 1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	6.1	да	да
2 Опробование	6.2	да	да
3 Подтверждение соответствия программного обеспечения	6.3	да	да
4 Определение метрологических характеристик преобразователей:	6.4		
- определение основной абсолютной погрешности по каналу относительной влажности	6.4.1	да	да
- определение абсолютной погрешности по каналу температуры в диапазоне от 0 °С до 60 °С	6.4.2	да	да
- определение абсолютной погрешности по каналу температуры в диапазоне ниже 0 °С и свыше 60 °С	6.4.3	да	да

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, дальнейшая поверка прекращается.

## 2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, метрологические и технические характеристики
6	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, ТУ 25-2021.003-88, ГОСТ 28498-90, диапазон измерений (0-55) °С, цена деления 0,1 °С, погрешность $\pm 0,2$ °С.
	Барометр-анероид контрольный М-67 ТУ 2504-1797-75, диапазон измерений давления от 610 до 790 мм рт.ст., погрешность $\pm 0,8$ мм рт. ст.
	Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92, диапазон относительной влажности от 10 до 100 % при температуре от 5 до 40 °С.
6.3	Дата-кабели для подключения преобразователей к USB порту компьютера Rotronic (коды заказа AC3006, AC0002, AC0003).

Номер пункта методики поверки	Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, метрологические и технические характеристики
6.4.1 6.4.2	Генератор влажного воздуха HygroGen модификации HygroGen 2, пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения относительной влажности $\pm 0,5$ % (номер Госреестра 32405-11) (далее – эталонный генератор). Удлинительный кабель для зондов влажности и температуры Rotronic (код заказа E2-01A).
6.4.3	Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС-100, 3 разряда, диапазон измерений от $-196$ °С до $+420$ °С (номер Госреестра 32675-06) в комплекте с преобразователем сигналов ТС и ТП прецизионным «Теркон» (номер Госреестра 23245-08) (далее – эталонный термометр). Термостат жидкостный Fluke 7000 модели 7380, диапазон воспроизводимых температур от $-80$ до $+100$ °С, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,006$ °С, неравномерность температуры $\pm 0,008$ °С (номер Госреестра 40415-15) (далее – низкотемпературный термостат). Термостат жидкостный Fluke 6000 модели 6102, диапазон воспроизводимых температур от $+35$ до $+200$ °С, нестабильность поддержания температуры $\pm 0,02$ °С, неравномерность температуры $\pm 0,02$ °С (номер Госреестра 40226-08) (далее – высокотемпературный термостат).

2.2 Допускается применение калибраторов температуры сухоблочных с установочными диаметрами расточенных каналов от 4 до 25 мм, метрологические характеристики которых не хуже указанных для термостатов жидкостных

2.3 Допускается применение других средств, отличных от перечисленных в таблице, метрологические характеристики которых не хуже указанных.

2.4 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

### 3 Требования безопасности

3.1 Должны выполняться требования техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2 Помещение должно быть оборудовано системой вентиляции и кондиционирования.

3.3 К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на преобразователи и прошедшие необходимый инструктаж.

3.4 Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

3.5 К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на Системы и прошедшие необходимый инструктаж.

### 4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды, °С 20 ± 5
- относительная влажность окружающей среды, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 98 до 104,6
- напряжение питания переменного тока частотой 50/60 Гц, В 220 ± 10 %

### 5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

1) проверяют комплектность преобразователя в соответствии с эксплуатационной документацией (при первичной поверке);

2) подготавливают преобразователь к работе в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

3) для исполнений преобразователей с съёмным зондом влажности и температуры, в соответствии с руководством по эксплуатации снимают зонд влажности и температуры и подключают его к преобразователю с помощью удлинительного кабеля;

4) для исполнений преобразователей с дисплеем, имеющих несъёмный встроенный зонд влажности и температуры, на эталонный генератор устанавливается прозрачная крышка без портов, во внутренний объем которой устанавливается преобразователь;

4) подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации;

5) на эталонный генератор устанавливают крышку измерительной камеры, установочный размер доступного порта которой соответствует установочному размеру зонда влажности и температуры преобразователя, либо устанавливают прозрачную крышку измерительной камеры без портов;

6) зонд влажности и температуры преобразователя следует устанавливать в термостат изолированно от рабочей жидкости. Для этого зонд рекомендуется предварительно завернуть в силиконовый или полиэтиленовый пакет, либо поместить в изолированный канал (стеклянную пробирку, либо медную трубку, запаянную с нижней стороны), предварительно обернув теплопроводящим эластичным материалом для плотного прилегания к стенке канала.

## **6 Проведение поверки**

### **6.1 Внешний осмотр**

При внешнем осмотре устанавливают соответствие преобразователей следующим требованиям:

- отсутствие внешних видимых повреждений корпуса, удлинительного кабеля, электрических разъёмов, защитного фильтра сенсора;
- исправность органов управления;
- наличие заводского номера на корпусе;
- маркировка должна быть четкой и соответствовать требованиям эксплуатационной документации;

Преобразователи считают выдержавшими внешний осмотр, если они соответствуют указанным выше требованиям.

### **6.2 Опробование**

6.2.1 Включить питание преобразователя в порядке, указанном в эксплуатационной документации.

6.2.2 Для исполнений преобразователей с дисплеем: убедиться, что на дисплее отображаются показания измеряемых величин.

6.2.3 Для исполнений преобразователей без дисплея: В соответствии с эксплуатационной документацией подключить преобразователь к USB порту персонального компьютера под управлением ОС семейства Microsoft Windows с установленным ПО Rotronic HW4 с помощью дата-кабеля. Установить связь с преобразователем путем выбора меню «Устройства и Группы» - «Поиск устройств Мастер» - «Поиск USB ведущих». Связь с преобразователем установлена успешно, если обозначение и наименование преобразователя

появляются в списке подключенных устройств. Убедиться, что в окне ПО отображаются показания измеряемых величин.

6.2.4 Результаты опробования считают положительными, если преобразователи соответствуют указанным выше требованиям.

6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения

6.3.1 ПО преобразователей и зондов влажности и температуры идентифицируется посредством приложения HW4, установленного на персональный компьютер под управлением ОС семейства Microsoft Windows.

6.3.2 Для проверки номеров версий встроенного ПО, необходимо запустить на компьютере ПО HW4, установить связь с преобразователем, на вкладках «Управление устройством» зафиксировать значения, указанные в строке «Версия прошивки».

6.3.3 Результат проверки соответствия программного обеспечения считают положительным, если номера версий, отображающиеся на дисплее в ПО Rotronic HW4, соответствует указанному в Описании типа (приложение к Свидетельству об утверждении типа).

6.4 Определение метрологических характеристик преобразователей

6.4.1 Определение основной абсолютной погрешности по каналу относительной влажности.

Выносной зонд влажности и температуры преобразователя устанавливается в порт измерительной камеры эталонного генератора. Преобразователь со встроенным несъемным зондом влажности и температуры устанавливается в рабочую камеру эталонного генератора с установленной прозрачной крышкой без портов. В эталонном генераторе последовательно задают не менее пяти значений относительной влажности в диапазоне измерений преобразователя. Устанавливать значения относительной влажности следует равномерно по диапазону. Допускается отступать от крайних значений диапазона измерений на 5 %.

После выхода эталонного генератора на заданный режим и установления постоянных показаний преобразователя, записывают измеренное значение относительной влажности по преобразователю и действительное значение относительной влажности по эталонному генератору, после чего определяется основная абсолютная погрешность по формуле:

$$\Delta_{Rhi} = Rh_i - Rh_s \quad (1)$$

где  $Rh_i$  - показание относительной влажности преобразователя, %;

$Rh_s$  - действительное значение относительной влажности, воспроизводимое в эталонном генераторе, %.

Результат определения основной погрешности по каналу относительной влажности считают положительным, если основная абсолютная погрешность преобразователей во всех точках поверки не превышает пределов, указанных в Описании типа (приложение к Свидетельству об утверждении типа).

6.4.2 Определение абсолютной погрешности по каналу температуры в диапазоне от 0 °С до 60 °С.

Выносной зонд влажности и температуры преобразователя устанавливается в порт измерительной камеры эталонного генератора. Преобразователь со встроенным несъемным зондом влажности и температуры устанавливается в рабочую камеру эталонного генератора с установленной прозрачной крышкой без портов. В эталонном

генераторе последовательно задают не менее трёх значений температуры в диапазоне от 0 °С до 60 °С. Устанавливать значения температуры следует равномерно по диапазону. Допускается отступать от крайних значений диапазона измерений на 5 °С.

После выхода эталонного генератора на заданный режим и установления постоянных показаний преобразователя, записывают измеренное значение температуры по преобразователю и действительное значение температуры по эталонному генератору, после чего определяется абсолютная погрешность по формуле:

$$\Delta_{t1i} = t_i - t_{1s} \quad (2)$$

где  $t_i$  - показание температуры преобразователя, °С;

$t_{1s}$  - действительное значение температуры, воспроизводимое в эталонном генераторе, °С.

Результат определения основной погрешности по каналу температуры в диапазоне от 0 °С до 60 °С считают положительным, если абсолютная погрешность преобразователей во всех точках поверки не превышает пределов, указанных в Описании типа (приложение к Свидетельству об утверждении типа).

#### 6.4.3 Определение абсолютной погрешности по каналу температуры в диапазоне ниже 0 °С и свыше 60 °С.

Выносной зонд влажности и температуры преобразователя устанавливается в низкотемпературный термостат изолированно от рабочей жидкости. Эталонный термометр устанавливается в низкотемпературный термостат. В термостате последовательно задают не менее двух значений температуры в диапазоне от нижней границы диапазона измерений до 0 °С. Допускается отступать от крайних значений диапазона измерений на 5 °С.

После выхода низкотемпературного термостата на заданный режим и установления постоянных показаний преобразователя и эталонного термометра, записывают измеренное значение температуры по гигрометру и действительное значение температуры по эталонному термометру, после чего определяется абсолютная погрешность по формуле:

$$\Delta_{t2i} = t_i - t_{2s} \quad (3)$$

где  $t_i$  - показание температуры преобразователя, °С;

$t_{2s}$  - действительное значение температуры по эталонному термометру, °С.

Затем выносной зонд влажности и температуры преобразователя устанавливается в высокотемпературный термостат изолированно от рабочей жидкости. Эталонный термометр устанавливается в высокотемпературный термостат. В термостате последовательно задают не менее двух значений температуры в диапазоне свыше 60 °С до верхней границы диапазона измерений преобразователя. Допускается отступать от крайних значений диапазона измерений на 5 °С.

После выхода высокотемпературного термостата на заданный режим и установления постоянных показаний преобразователя и эталонного термометра, записывают измеренное значение температуры по преобразователю и действительное значение температуры по эталонному термометру, после чего определяется абсолютная погрешность по формуле (3).

Результат определения основной погрешности по каналу температуры в диапазоне ниже 0 °С и свыше 60 °С считают положительным, если абсолютная погрешность преобразователей во всех точках поверки не превышает пределов, указанных в Описании типа (приложение к Свидетельству об утверждении типа).

## 7 Оформление результатов поверки

- 7.1 При проведении поверки преобразователей составляют протокол результатов поверки, рекомендуемая форма которого приведена в приложении А.
- 7.2 Преобразователи, удовлетворяющие требованиям настоящей методики, признают годными к эксплуатации.
- 7.3 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке установленной формы согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 7.4 На оборотной стороне свидетельства о поверке должны быть указаны следующие данные:
- наименование нормативного документа, в соответствии с которым проведена поверка;
  - результаты внешнего осмотра;
  - результаты опробования;
  - результаты определения метрологических характеристик с указанием максимальных значений погрешности, полученных в ходе поверки, с указанием заводских номеров преобразователей;
  - основные средства поверки;
  - условия, при которых проведена поверка;
  - подпись поверителя.
- 7.5 При отрицательных результатах поверки эксплуатацию преобразователей запрещают и выдают извещение о непригодности установленной формы согласно действующему законодательству Российской Федерации с указанием причин непригодности.

**Приложение А**  
(рекомендуемое)  
**Форма протокола поверки**  
**Протокол поверки**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

1) Наименование СИ \_\_\_\_\_  
(тип СИ, модификация, исполнение)

1) Заводской номер СИ \_\_\_\_\_

2) Номер Госреестра \_\_\_\_\_

3) Принадлежит \_\_\_\_\_

4) Наименование нормативного документа по поверке \_\_\_\_\_

5) Наименование, обозначение, заводские номера применяемых средств поверки \_\_\_\_\_

6) Вид поверки (первичная, периодическая)

(нужное подчеркнуть)

7) Условия поверки:

– температура окружающей среды \_\_\_\_\_

– относительная влажность окружающей среды \_\_\_\_\_

– атмосферное давление \_\_\_\_\_

8) Результаты проведения поверки

Внешний осмотр \_\_\_\_\_

Опробование \_\_\_\_\_

Подтверждение соответствия программного обеспечения \_\_\_\_\_

Определение метрологических характеристик системы

Определение абсолютной погрешности

Измерительный канал	№ п/п (точка поверки)	Показание преобразователя	Действительное значение по эталону	Полученное значение абсолютной погрешности	Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Вывод: \_\_\_\_\_

Заключение \_\_\_\_\_, зав. № \_\_\_\_\_  
(тип СИ)

соответствует предъявляемым требованиям и признано годным (не годным) для эксплуатации.

ФИО и подпись поверителя \_\_\_\_\_

Выдано свидетельство о поверке \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

(Выдано извещение о непригодности \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

подпись

дата