

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Первый заместитель**  
**генерального директора –**  
**заместитель по научной работе**  
**ФГУП «ВНИИФТРИ»**

\_\_\_\_\_ А.И. Шишунов  
\_\_\_\_\_ 2019 г.  
М.П.



**Инструкция**

**Анализаторы спектра N9000B, N9010B, N9020B**

**Методика поверки**

**651-19-18 МП**

**г.п. Менделеево**  
**2019 г.**

## 1 Общие сведения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на анализаторы спектра N9000B, N9010B, N9020B (далее – анализаторы), и устанавливает порядок и объем их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками - 1 год.

## 2 Операции поверки

2.1 При поверке анализаторов выполнить работы в объеме, указанном в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	8.1	да	да
2 Опробование	8.2	да	да
3 Идентификация программного обеспечения	8.3		
4 Определение относительной погрешности частоты опорного генератора	8.4	да	да
5 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности	8.5	да	да
6 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) анализатора	8.6	да	да
7 Определение среднего уровня собственных шумов при входном ослаблении 0 дБ, полосе разрешения 1 Гц	8.7	да	да
8 Определение уровня помех, обусловленных гармоническими искажениями второго порядка (только для N9020B)	8.8	да	нет
9 Определение уровня помех, обусловленных интермодуляционными искажениями	8.9	да	нет

2.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и прибор бракуется.

2.3 Предусмотрена возможность проведения поверки для меньшего числа измеряемых величин и на меньшем числе поддиапазонов измерений, с обязательным указанием измеренных величин в свидетельстве о поверке.

## 3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки использовать средства измерений и вспомогательное оборудование, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.4	Частотомер 53210А, опция 010 (пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты $\pm 5 \cdot 10^{-8}$ ); стандарт частоты рубидиевый FS725 (пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты $\pm 5 \cdot 10^{-11}$ ).



Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.6	Генератор сигналов E8257D, опция 532 для анализатора N9000B, опция 544 для анализатора N9010B, опция 550 для анализатора N9020B (пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 7,5 \cdot 10^{-8}$ ).
8.6	Генератор сигналов произвольной формы Agilent 33250A (пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 2 \cdot 10^{-6}$ , диапазон частот от 1 мкГц до 80 МГц)
8.5, 8.6, 8.7	Блок измерительный ваттметра N1914A (диапазон частот от 9 кГц до 110 ГГц, динамический диапазон от минус 70 дБ/мВт до 44 дБ/мВт), преобразователь измерительный термоэлектрический ваттметра поглощаемой мощности N8487A (диапазон частот от 50 МГц до 50 ГГц, динамический диапазон от минус 35 дБ/мВт до 20 дБ/мВт), преобразователь измерительный ваттметра поглощаемой мощности 8487D (диапазон частот от 50 МГц до 50 ГГц, динамический диапазон от минус 70 дБ/мВт до минус 20 дБ/мВт) преобразователями измерительными N8482A (диапазон частот от 100 кГц до 6 ГГц, динамический диапазон от минус 35 дБ/мВт до 20 дБ/мВт) преобразователями измерительными E9304A (диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц, динамический диапазон от минус 60 дБ/мВт до 20 дБ/мВт)
8.7	Программируемый ступенчатый аттенюатор 8494G (ослабление от 0 до 11 дБ, шаг 1 дБ, диапазон частот от 0 до 50 Программируемый ступенчатый аттенюатор 8496G.
8.7, 8.8, 8.9	Генератор сигналов E8257D;

3.2 Допускается использование других средств измерений, мер волнового сопротивления, аттенюаторов и вспомогательного оборудования, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2.

3.3 Применяемые средства поверки должны быть утвержденного типа, исправны и иметь действующие свидетельства о поверке (отметки в формулярах или паспортах).

#### 4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К проведению поверки анализаторов допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим образованием, ознакомленный с руководством по эксплуатации (РЭ) и документацией по поверке, допущенный к работе с электроустановками и имеющие право на поверку (аттестованными в качестве поверителей).

#### 5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

5.2 К работе с ваттметрами допускаются лица, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99, инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

5.3 При проведении поверки необходимо принять меры защиты от статического напряжения, использовать антистатические заземленные браслеты и заземленную оснастку. Запрещается проведение измерений при отсутствии или неисправности антистатических защитных устройств.

## 6 Условия поверки

6.1 Поверку проводить при следующих условиях:

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| - температура окружающего воздуха, °С | 23 ± 5*;       |
| - относительная влажность воздуха, %  | от 5 до 70;    |
| - атмосферное давление, мм рт. ст.    | от 626 до 795; |
| - напряжение питания, В               | от 100 до 250; |
| - частота, Гц                         | от 45 до 55.   |

\*температура выбирается в соответствии с руководствами по эксплуатации средств поверки. Все средства измерений, используемые при поверке анализаторов, должны работать в нормальных условиях эксплуатации.

## 7 Подготовка к поверке

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выполнить операции, оговоренные в документации изготовителя на поверяемый анализатор по его подготовке к работе;
- выполнить операции, оговоренные в РЭ на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям;
- осуществить прогрев приборов для установления их рабочих режимов.

## 8 Проведение поверки

### 8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При внешнем осмотре проверить:

- отсутствие механических повреждений и ослабление элементов, четкость фиксации их положения;
- четкость обозначений, чистоту и исправность разъемов и гнезд, наличие и целостность печатей и пломб;
- наличие маркировки согласно требованиям эксплуатационной документации.

8.1.2 Результаты поверки считать положительными, если выполняются все перечисленные требования. В противном случае анализатор бракуется.

### 8.2 Опробование

8.2.1 Подключить анализатор к сети питания. Включить прибор в соответствии его руководством по эксплуатации (РЭ).

8.2.2 Убедиться в возможности установки режимов измерений и настройки основных параметров и режимов измерений анализатора.

8.2.3 Результаты проверки работоспособности считать положительными, если при включении отсутствуют сообщения о неисправности и анализатор позволяет менять настройки параметров и режимы работы.

### 8.3 Идентификация программного обеспечения

Проверку соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения (ПО) анализатора проводить в следующей последовательности:

- проверить наименование ПО;
- проверить идентификационное наименование ПО;
- проверить номер версии (идентификационный номер) ПО;
- определить цифровой идентификатор ПО (контрольную сумму исполняемого кода).

Для расчета цифрового идентификатора применяется программа (утилита) «MD5\_FileChecker». Указанная программа находится в свободном доступе сети Internet (сайт [www.winmd5.com](http://www.winmd5.com)).



Результаты поверки считать положительными, если идентификационные данные ПО соответствуют идентификационным данным, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Signal Analyzer Instrument Software	Программное обеспечение анализаторов спектра N9000B, N9010B, N9020B	Версия не ниже A17.05		

#### 8.4 Определение относительной погрешности частоты опорного генератора

8.4.1 Подготовить к работе средства измерений в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

8.4.2 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1.

8.4.3 До проведения измерений стандарт частоты прогреть не менее 2 часов.




Рисунок 1

8.4.4 На частотомере установить время счета не менее  $10^7$  мкс, перевести его в режим работы от внешнего источника опорного сигнала частотой 10 МГц, который подать от стандарта частоты.

8.4.5 Измерить частоту на выходе 10 МГц анализатора.

8.4.6 Относительную погрешность частоты  $\delta F$  опорного генератора вычислить по формуле (1):

$$\delta F = \frac{F_{\text{изм}} - F_{\text{ном}}}{F_{\text{ном}}} \quad (1),$$

где  $F_{\text{ном}}$  – номинальное значение частоты опорного генератора;

$F_{\text{изм}}$  – измеренное анализатором значение частоты.

8.4.7 Результаты поверки считать положительными, если значения  $\delta F$  находятся в пределах  $\pm 10^{-6}$  ( $\pm 10^{-7}$  для анализатора с опцией PFR).

8.5 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности.

8.5.1 Подготовить к работе средства измерений в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

8.5.2 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности проводить при ослаблении входного аттенюатора 10 дБ, входном сигнале от минус 10 до минус 50 дБ/мВт, промежуточной частоте от 1 Гц до 1 МГц анализатора.

8.5.2.1 Измерения проводить на частоте 50 МГц при установке входного аттенюатора анализатора на 10 дБ.

8.5.2.2 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 2.



Рисунок 2.

8.5.2.3 Подготовить к работе генератор сигналов в соответствии с РЭ. Установить уровень выходного сигнала 0 дБ/мВт, проконтролировав его с помощью ваттметра.

8.5.2.4 На анализаторе выполнить операцию Preset, затем установить в соответствии с РЭ ширину полосы разрешения 47 кГц и полосы обзора 5 МГц. Установить на выходе генератора уровень выходного сигнала минус 10 дБ/мВт и измерить его с помощью анализатора. Определить абсолютную погрешность измерений мощности как разность между измеренным анализатором значением и показанием ваттметра. Результаты измерений занести в таблицу 4.

8.5.2.5 Изменять уровень выходного сигнала генератора, а также ширину полос разрешения и обзора анализатора в соответствии с таблицей 4 и заносить полученные значения погрешности в таблицу 4.

8.5.2.6 Повторить операции пп. 4.7.1.4 – 4.7.1.5 для значений ослабления входного аттенюатора анализатора 2, 8, 12 и 40 дБ. Результаты измерений занести в таблицу 4.

8.5.2.7 Повторить операции пп. 4.7.1.4 – 4.7.1.5 в трех точках, равномерно распределенных в поддиапазонах рабочих частот анализатора: от 9 кГц до 10 МГц, от 10 МГц до 3,6 ГГц, от 3,6 до 8,4 ГГц, от 8,4 до 22 ГГц и от 22 до 26,5 ГГц, от 26,5 до 34,5 ГГц, от 34,5 до 50,0 ГГц. Результаты измерений занести в таблицу 4.

Таблица 4

Уровень входного сигнала, дБ/мВт	Полоса разрешения, кГц	Полоса обзора, кГц	Полученные значения абсолютной погрешности, дБ
- 10	47	5000	
- 12	18	2000	
- 20	9	1000	
- 25	5	500	
- 35	2	200	
- 50	1	100	

8.5.2.8 Результаты поверки считать положительными, если полученные значения абсолютной погрешности измерений мощности находятся в пределах:

*на опорной частоте 50 МГц*

N9000B	N9010B	N9020B
± 0,4 дБ	± 0,4 дБ	± 0,33 дБ

*в рабочем диапазоне частот*

N9000B	N9010B	N9020B
±(0,4 + A)	±(0,4 + A)	±(0,4 + A)

где A – значение неравномерности АЧХ, дБ.

8.5.3 Определение абсолютной погрешности измерений мощности в рабочем диапазоне частот и включенном предусилителе (опции P03, P08, P13, P26, P32, P44, P50).

8.5.3.1 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 3.






Рисунок 3.

8.5.3.2 Включить предусилитель анализатора.

8.5.3.3 Установить на выходе генератора уровень выходного сигнала минус 13 дБ/мВт. Устанавливать выходную частоту генератора в трех точках, распределенных в поддиапазонах частот: от 9 кГц до 10 МГц, от 10 МГц до 3,6 ГГц, от 3,6 до 8,4 ГГц, от 8,4 до 22 ГГц и от 22 до 26,5 ГГц, от 26,5 до 34,5 ГГц, от 34,5 до 50,0 ГГц.

8.5.3.4 Установить значение ослабления входного аттенюатора анализатора 10 дБ.

8.5.3.5 Установить на анализаторе значение полосы пропускания 1 кГц и полосы обзора 1 МГц.

8.5.3.6 Измерить значение выходной мощности генератора ваттметром (А1) и анализатором (А2) в трех точках, распределенных в поддиапазонах частот: от 100 кГц до 50 МГц, от 50 МГц до 3,6 ГГц, от 3,6 до 8,4 ГГц, от 8,4 до 13,6 ГГц, от 13,6 до 17,1 ГГц, от 17,1 до 22 ГГц от 22 до 26,5 ГГц, от 26,5 до 34,5 ГГц, от 34,5 до 50,0 ГГц.

8.5.3.7 Определить абсолютную погрешность измерений мощности по формуле (2):

$$\Delta = A1 + 20 \text{ дБ} - A2 . \quad (2)$$

8.5.3.8 Результаты испытаний считать положительными, если полученные значения абсолютной погрешности измерений мощности в рабочем диапазоне частот находятся в пределах  $\pm (0,39 + A)$  дБ, где А – значение неравномерности АЧХ, дБ.

8.5.4 Определение абсолютной погрешности измерений мощности, относительно 30 кГц, из-за переключения полос пропускания

8.5.4.1 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 3.

8.5.4.2 Измерить значение установленной мощности выходного сигнала генератора анализатором для значений полосы пропускания анализатора в трех точках, распределенных в диапазонах от 1 до  $3 \cdot 10^6$  Гц; от 1,6 до 3 МГц, а также для значений 4 МГц, 5 МГц, 6 МГц и 8 МГц.

8.5.4.3 Определить абсолютную погрешность измерений мощности из-за переключения полос пропускания как разность между измеренными анализатором значениями мощности для всех указанных выше значений полосы пропускания и значением мощности, измеренным для полосы пропускания 30 кГц.

8.5.4.4 Результаты испытаний считать положительными, если полученные значения абсолютной погрешности измерений мощности из-за переключения полос пропускания находятся в пределах, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении мощности, относительно 30 кГц, из-за переключения полос пропускания, дБ	N9000B	N9010B	N9020B
от 1 до $1,5 \cdot 10^6$ Гц	-	-	$\pm 0,05$
от 1 до $3 \cdot 10^6$ Гц	$\pm 0,15$	$\pm 0,1$	-
от 1,6 до $3 \cdot 10^6$ МГц	-	-	$\pm 0,1$
$4 \cdot 10^6$ ; $5 \cdot 10^6$ ; $6 \cdot 10^6$ ; $8 \cdot 10^6$ Гц	$\pm 1$	$\pm 1$	$\pm 1$

8.6 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) анализатора

8.6.1 Подготовить к работе средства измерений в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

8.6.2 Неравномерность АЧХ определить как отклонение уровня измеряемой мощности от опорного уровня, измеренного на частоте 50 МГц.

8.6.3 Для определения неравномерности АЧХ собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 4.



Рисунок 4

8.6.4 Установить на генераторе частоту сигнала 50 МГц и уровень сигнала 0 дБ/мВт.

8.6.5 В анализаторе провести операцию Preset. Выдержать паузу, и далее, пользуясь РЭ установить центральную частоту 50 МГц, полосу обзора 20 кГц, полосу разрешения 10 кГц, амплитуду 0 дБ/мВт.

8.6.6 Измерить с помощью ваттметра уровень подаваемого на анализатор сигнала на частоте 50 МГц и записать результат измерения в качестве опорного уровня, относительно которого будет определяться неравномерность АЧХ.

8.6.7 Установить центральные частоты анализатора, равные значениям начальных, средних и конечных точек диапазонов, указанных в таблице 6, и равные им значения частоты сигнала на генераторе, подправляя при этом уровень сигнала так, чтобы маркер анализатора показывал  $(0 \pm 0,1)$  дБ/мВт. Снять показания ваттметра. Для определения неравномерности АЧХ на частотах ниже 250 кГц использовать генератор 33250А.

Таблица 6

Неравномерность АЧХ, дБ		
N9000B	N9010B	N9020B
Опции 503, 507 (ослабление входного аттенюатора 10 дБ, предусилитель выключен): от $9 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ ГГц $\pm 0,6$ от $1,0 \cdot 10^{-2}$ до 3 ГГц $\pm 0,75$ от 3,0 до 5,25 ГГц $\pm 1,45$ от 5,25 до 7,5 ГГц $\pm 1,65$	Опции 503, 507 (ослабление входного аттенюатора 10 дБ, предусилитель выключен): от $9 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ ГГц $\pm 0,8$ от $1,0 \cdot 10^{-2}$ до 3,6 ГГц $\pm 0,6$ от 3,5 до 7,0 ГГц $\pm 2,0$ от 7 до 13,6 ГГц $\pm 2,5$	Опции 503, 508, 513, 526 (ослабление входного аттенюатора 10 дБ, предусилитель выключен): от $2 \cdot 10^{-8}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ ГГц $\pm 0,6$ от $1,0 \cdot 10^{-2}$ до 3,6 ГГц $\pm 0,45$ от 3,6 до 8,4 ГГц $\pm 1,5$ от 8,4 до 13,6 ГГц $\pm 2,0$
Опции 513, 526 от $9 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ ГГц $\pm 0,8$ от $1,0 \cdot 10^{-2}$ до 3 ГГц $\pm 0,65$ от 3,0 до 7,5 ГГц	от 13,5 до 22,0 ГГц $\pm 3,0$ от 22,0 до 26,5 ГГц $\pm 3,2$ Опции 532, 544 от $9 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ ГГц	от 13,6 до 22,0 ГГц $\pm 2,0$ от 22,0 до 26,5 ГГц $\pm 2,5$ Опции 532, 544, 550: от $2 \cdot 10^{-8}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ ГГц



Неравномерность АЧХ, дБ		
N9000B	N9010B	N9020B
±1,5	±0,6	±0,6
от 7,5 до 13,6 ГГц	от $1 \cdot 10^{-2}$ до 3,5 ГГц	от $1,0 \cdot 10^{-2}$ до $5,0 \cdot 10^{-2}$ ГГц
±2,0	±0,45	±0,45
от 13,6 до 19,0 ГГц	от 3,5 до 5,2 ГГц	от $5,0 \cdot 10^{-2}$ до 3,6 ГГц
±2,0	±1,7	±0,45
от 19,0 до 26,5 ГГц	от 5,2 до 8,3 ГГц	от 3,6 до 5,2 ГГц
±2,5	±1,5	±1,7
	от 8,3 до 22 ГГц	от 5,2 до 8,4 ГГц
	±2,0	±1,5
	от 22,0 до 34,5 ГГц	от 8,4 до 13,6 ГГц
	±2,5	±2,0
	от 34,4 до 44,0 ГГц	от 13,6 до 17,1 ГГц
	±3,2	±2,0
		от 17,1 до 22,0 ГГц
		±2,0
		от 22,0 до 26,5 ГГц
		±2,5
		от 26,5 до 34,5 ГГц
		±2,5
		от 34,5 до 50,0 ГГц
		±3,2
		Опции 503, 508, 513, 526 (ослабление входного аттенюатора 0 дБ, предусилитель включен, опции P03, P08, P13, P26, P32, P44, P50):
		от $1 \cdot 10^{-7}$ до 3,6 ГГц
		±0,75
		от 3,6 до 8,4 ГГц
		±2,0
		от 8,4 до 13,6 ГГц
		±2,3
		от 13,6 до 17,1 ГГц
		±2,5
		от 17,1 до 22,0 ГГц
		±2,5
		от 22,0 до 26,5 ГГц
		±3,5
		Опции 532, 544, 550 (ослабление входного аттенюатора 0 дБ, предусилитель включен, опции P03, P08, P13, P26, P32, P44, P50):
		от $1 \cdot 10^{-7}$ до 3,6 ГГц
		±0,75
		от 3,6 до 5,2 ГГц
		±2,0
		от 5,2 до 8,4 ГГц
		±2,0
		от 8,4 до 13,6 ГГц

Неравномерность АЧХ, дБ		
N9000B	N9010B	N9020B
		±2,3 от 13,6 до 17,1 ГГц
		±2,5 от 17,1 до 22,0 ГГц
		±2,8 от 22,0 до 26,5 ГГц
		±3,5 от 26,5 до 34,5 ГГц
		±3,0 от 34,5 до 50,0 ГГц
		±4,1

8.6.8 Вычислить значение неравномерности АЧХ как разность между показаниями ваттметра и уровнем сигнала на частоте 50 МГц (опорного уровня).

8.6.9 Результаты испытаний считать положительными, если значения неравномерности АЧХ находятся в пределах, приведенных в таблице 6.

8.7 Определение среднего уровня собственных шумов при входном ослаблении 0 дБ, полосе разрешения 1 Гц.

8.7.1 Определение среднего уровня собственных шумов на входе анализатора выполнять при подсоединенной согласованной нагрузке (50 Ом) на входе.

8.7.2 Выполнить на анализаторе операцию Preset. Установить полосу разрешения 1 Гц и ослабление входного аттенюатора 0 дБ. Режим «Улучшение собственного шума» выключен.

8.7.3 Измерение среднего уровня собственных шумов проводить в середине диапазонов частот, приведенных в таблице 7.

Таблица 7

Диапазон частот	Средний уровень собственных шумов при входном ослаблении 0 дБ, полосе разрешения 1 Гц, дБ/мВт		
	N9000B	N9010B	N9020B
	опции 503, 507 предусилитель выключен/включен	опции 503, 507, 513, 526 предусилитель выключен/включен	опции 503, 508, 513, 526 предусилитель выключен/включен
от 1 до 10 МГц	-130/-149	-147/-	-150/-161
от 10 МГц до 1,5 ГГц	-148/-161		
от 10 МГц до 2,1 ГГц		-148/-161	-151/-163
от 1,5 до 2,2 ГГц	-144/-160		
от 2,2 до 2,5 ГГц	-144/-158		
от 2,5 до 2,7 ГГц	-142/-158		
от 2,1 до 7,0 ГГц		-147/-160	
от 2,1 до 8,4 ГГц			-149/-162
от 2,7 до 3,0 ГГц	-139/-158		
от 3,0 до 4,5 ГГц	-137/-155		
от 4,5 до 6 ГГц	-133/-152		
от 6 до 7,5 ГГц	-128/-148		
от 7 до 13,6 ГГц		-143/-160	



Диапазон частот	Средний уровень собственных шумов при входном ослаблении 0 дБ, полосе разрешения 1 Гц, дБ/мВт		
	N9000B	N9010B	N9020B
	опции 503, 507 предусилитель выключен/включен	опции 503, 507, 513, 526 предусилитель выключен/включен	опции 503, 508, 513, 526 предусилитель выключен/включен
от 8,4 до 13,6 ГГц			-148/-162
от 13,6 до 17,1 ГГц			-144/-159
от 17,1 до 20 ГГц			-143/-157
от 20 до 26,5 ГГц			-136/-152
	опции 513, 526 Предусилитель выключен/включен	опции 532, 544 (некоторые значения указаны для моделей без опций B40, DP2 и MPB) Предусилитель выключен/включен	опции 532, 544, 550 (некоторые значения указаны для моделей без опций B40, B85, B1A, B1X, DP2 или MPB) Предусилитель выключен/включен
от 100 кГц до 1 МГц			-/-149
от 1,0 до 10 МГц	-143/-153	-/-161	-/-163
от 1,0 МГц до 1,2 ГГц		-152/-	
от 1,0 МГц до 1,5 ГГц	-147/-160		-154/-
от 10,0 МГц до 1,2 ГГц		-/-164	-/-164
от 1,2 до 2,1 ГГц		-151/-163	-152/-163
от 1,5 до 6,0 ГГц	-143/-158		
от 2,1 до 3,6 ГГц		-149/-162	-150/-162
от 3,5 до 4,2 ГГц		-144/-160	-144/-
от 3,6 до 7,0 ГГц		-/-160	-/-161
от 4,2 до 6,6 ГГц			-146/
от 4,2 до 8,4 ГГц		-145/-	
от 6,0 до 7,5 ГГц	-141/-155		
от 6,6 до 8,4 ГГц			-148/-
от 7,0 до 20 ГГц		-/-160	-/-161
от 7,5 до 13,6 ГГц	-139/-155		
от 8,3 до 13,6 ГГц		-147/-	-148/-
от 13,5 до 20,0 ГГц		-145/-	
от 13,6 до 20,0 ГГц	-134/-153		
от 13,6 до 20,0 ГГц		-145/-	-145/-
от 20,0 до 24,0 ГГц	-132/-151		
от 20,0 до 26,5 ГГц		-142/-158	-142/-159
от 24,0 до 26,5 ГГц	-124/-142		
от 26,5 до 32,0 ГГц		-/156	-/-158
от 26,4 до 34,0 ГГц		-140/-	-140/-
от 32,0 до 34,0 ГГц		-/-156	-/-156
от 34,0 до 40,0 ГГц		-/-153	-136/-154
от 33,9 до 44 ГГц		-135/-	

Диапазон частот	Средний уровень собственных шумов при входном ослаблении 0 дБ, полосе разрешения 1 Гц, дБ/мВт		
	N9000B	N9010B	N9020B
	опции 503, 507 предусилитель выключен/включен	опции 503, 507, 513, 526 предусилитель выключен/включен	опции 503, 508, 513, 526 предусилитель выключен/включен
от 40,0 до 44,0 ГГц		-/-149	-135/-150
от 44,0 до 46,0 ГГц			-135/-150
от 46,0 до 50,0 ГГц			-133/-150

8.7.4 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения среднего уровня собственных шумов анализатора не превышают значений, указанных в таблице 7.

8.8 Определение относительного уровня помех, обусловленных гармоническими искажениями второго порядка




Рисунок 5

8.8.1 Соединить оборудование в соответствии с рисунком 5.

8.8.2 На анализаторе установить входное ослабление 10 дБ, нажатием [AMPTD]-> Attenuation -> Atten -> 10 dB

8.8.3 При измерении уровня второй гармоники необходимо использовать фильтры нижних частот соответствующие частоте несущей. Подать на вход анализатора гармонический сигнал частотой  $f_1$  и измерить по отсчетному устройству уровень помехи на частоте  $2f_1$ .

8.8.4 Измерения проводить в начале, середине и конце диапазонов частот, указанных в таблице 7.

8.8.5 Результаты поверки считать удовлетворительными, если уровень помех не превысит значений, указанных в таблице 8.

Таблица 8

Диапазон частот, ГГц	Гармонические искажения второго порядка, дБн
	Опции 503, 508, 513, 526 (при уровне входного сигнала минус 15 дБ/мВт)
от $1,00 \cdot 10^{-2}$ до 1,0	-60
от 1,0 до 1,80	-56
от 1,8 до 6,5	-80
от 6,5 до 11	-70
от 11,00 до 13,25	-65



Диапазон частот, ГГц	Гармонические искажения второго порядка, дБн
	Опции 532, 544, 550
от $1,00 \cdot 10^{-2}$ до 1,0	-60
от 1,0 до 1,80	-56
от 1,8 до 3,0	-72
от 3,0 до 6,5	-80
от 6,5 до 11	-70
от 11,00 до 13,25	-65

### 8.9 Определение уровня помех, обусловленных интермодуляционными искажениями

8.9.1 Подготовить к работе средства измерений в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

8.9.2 Относительный уровень помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка определить путем подачи на вход анализатора спектра двух гармонических сигналов с частотами  $f_1$  и  $f_2$  и измерения анализатором спектра относительного уровня помех, возникших на частотах  $2f_1-f_2$  и  $2f_2-f_1$  (рисунок 6).




Рисунок 6.

8.9.3 Установить уровни входных сигналов в соответствии с таблицей 9. Расстройка между частотами  $f_1$  и  $f_2$  сигналов должна соответствовать указанной в эксплуатационной документации на анализатор спектра, а полоса пропускания анализатора спектра устанавливается такой, при которой уровень собственных шумов на 10-15 дБ меньше нормированного уровня помех.

8.9.4 Определить уровень помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка по отсчетному устройству анализатора спектра, соответственно при измерении сигнала А0 и отклика от максимальной из помех, возникших на частотах  $2f_2-f_1$  и  $2f_1-f_2$  (в децибелах). Измерения проводить в начале, середине и конце диапазонов частот, указанных в таблице 9.

8.9.5 Результаты поверки считать положительными, если уровень помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка, не превышает значений, указанных в таблице 9.

Таблица 9

Интермодуляционные искажения третьего порядка, дБ/мВт		
N9000B	N9010B	N9020B
При двух тонах минус 20 дБ/мВт и разнесением тонов 100 кГц, предусилитель выключен Опции 503, 507	При двух тонах минус 30 дБ/мВт и разнесением тонов более 5-кратной ширины полосы предфильтра ПЧ, предусилитель выключен Опции 503, 508, 513, 526 (указана точка пересечения ТОI)	При двух тонах минус 30 дБ/мВт и разнесением тонов более 5-кратной ширины полосы предфильтра ПЧ, предусилитель выключен Опции 503, 508, 513, 526
от 0,1 до 0,4 ГГц -60	от 0,1 до 0,4 ГГц +13	от $1,0 \cdot 10^{-8}$ до 0,1 ГГц -84
от 0,4 до 3,0 ГГц -66	от 0,4 до 13,6 ГГц +14	от 0,1 до 0,4 ГГц -90
от 3,0 до 7,5 ГГц -66	от 13,6 до 26,5 ГГц +12	от 0,4 до 3,6 ГГц -92
опции 513, 526	Опции 532, 544	от 3,6 до 26,5 ГГц -90
от 0,1 до 0,5 ГГц -62	от 0,01 до 0,1 ГГц +12	Опции 532, 544, 550
от 0,5 до 2,0 ГГц -64	от 0,1 до 13,6 ГГц +15	от $1,0 \cdot 10^{-8}$ до 0,1 ГГц -88
от 2,0 до 3,0 ГГц -62	от 13,6 до 17,1 ГГц +11	от 0,1 до 3,95 ГГц -92
от 3,0 до 7,5 ГГц -64	от 17,0 до 26,5 ГГц +10	от 3,95 до 13,6 ГГц -90
от 7,5 до 13,6 ГГц -62		от 13,5 до 17,1 ГГц -84
от 13,6 до 26,5 ГГц -60		от 17,0 до 34,5 ГГц -82
		от 34,4 до 50,0 ГГц -80

### 9 Оформление результатов поверки

9.1 При положительных результатах поверки на анализатор выдается свидетельство установленной формы.

9.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.

9.3 В случае отрицательных результатов поверки поверяемый анализатор к дальнейшему применению не допускается. На него выдается извещение о непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием причин забракования.

Начальник НИО-1

О.В. Каминский