

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НТЦ СОТСБИ»



В.Ю. Гойхман

М.п.

2019 г.

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Router 8801

Методика поверки


5295-023-29420846-2019МП

СОГЛАСОВАНО

По доверенности от Ericsson AB
Начальник отдела подтверждения
соответствия

М.п.

А.В. Шмигирилова



2019 г.

Содержание

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	4
2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	4
3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ	5
6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....	5
7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	6
7.1 Опробование при измерении объемов (количества) информации	6
7.2 Определение МХ при измерении объемов (количества) информации	12
7.3 Опробование при измерении длительности сеанса передачи объемов (количества) информации	13
7.4 Определение МХ при измерении длительности сеанса передачи объемов (количества) информации	16
8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ.....	16
9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	18
Характеристики прибора Сигма	18
Математический аппарат обработки результатов испытаний	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	23
Таблицы результатов поверки	23
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	24
Описание формата файла подробного учета тарифной информации	24

Настоящая методика поверки (МП) устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок системы измерений передачи данных Router 8801, версии ПО 18, далее - СИПД.

СИПД является виртуальной (функциональной) системой измерений передачи данных оборудования с измерительными функциями, реализованного на мультисервисном пограничном маршрутизаторе Router 8801, версия ПО 18, производства Ericsson AB, Швеция.

Оборудование предназначено для применения в транспортной сети, на границе или в ядре сетей IP в качестве оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации, а также управления пользовательскими сессиями сетей передачи данных.

Методика разработана в соответствии с рекомендацией РМГ 51-2002 «ГСИ Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

Объектом метрологического контроля при поверке является система измерений передачи данных, входящая в состав выше названного оборудования.

Цель поверки - определение действительных значений метрологических характеристик (МХ) СИПД и предоставление документа о возможности эксплуатации системы.

Поверку СИПД осуществляют один раз в два года метрологические службы, которые аккредитованы в системе Росаккредитации на данные виды работ.

Требования настоящей методики поверки обязательны для метрологических служб юридических лиц независимо от форм собственности.

1 Операции поверки

При проведении поверки должны производиться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Опробование	7.1	+	+
2 Определение метрологических характеристик:	7.2	+	+
- абсолютная погрешность измерения количества (объемов) информации, принимаемой в IP соединении;	7.3	+	+
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительности IP соединений;			
- вероятность неправильного представления исходных данных для тарификации			

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, указанные в таблицах 2 и 3.

2.2 Средства измерений должны быть исправны, поверены и иметь свидетельство (отметку в паспорте) о поверке или клеймо.

Таблица 2

Наименование СИ	Пределы измерений	Пределы погрешности	Примечание
Формирователь – измеритель соединений универсальный Сигма, СВТН.466961.001ТУ	1 Б – 1 ГБ от 1 до 3600 с	при переносе 0 байт при измерении ±1 байт ± 1 с	
Примечания			
1 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.			
2 В приложении А приведены характеристики прибора Сигма и математический аппарат, положенный в основу обработки результатов поверки (испытаний).			
3 В приложении Б приведены таблицы результатов поверки.			

3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица:

- аттестованные в качестве поверителей систем измерений передачи данных;
- изучившие эксплуатационную документацию СИПД и прибора Сигма;
- имеющие навык работы в операционной среде Linux;
- имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

4 Требования безопасности

- 4.1 Корпус прибора должен быть заземлен.
- 4.2 Рабочее место должно иметь соответствующее освещение.
- 4.3 При проведении поверки запрещается:
 - проводить работы по монтажу и демонтажу применяемого в поверке оборудования;
 - производить работы по подключению соединительных кабелей при включенном питании прибора Сигма.

5 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 105,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

6 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки необходимо провести следующие подготовительные работы:

- проверить срок действия свидетельства о поверке прибора Сигма;
- разместить на рабочем столе прибор Сигма;
- подвести к рабочему месту однофазное переменное напряжение 220 В;
- подключить прибор Сигма к аппаратуре маршрутизации пакетов в соответствии с рисунком 1, стык прибора Сигма с маршрутизатором электрический (Ethernet);
- откорректировать часы ПК прибора Сигма по часам испытываемого оборудования;
- получить у оператора данные для настройки Ethernet-портов прибора Сигма (8 портов), задействованные в испытаниях;
- получить у оператора пример учетного файла СУ и описать его (главное меню/Статистика/Описать новый формат файла СУ).




Рисунок 1 - Схема поверки СИПД

7 Проведение поверки

В зависимости от предоставляемых услуг оператором связи поверка оборудования может производиться на измерение объемов (количества) информации и длительности сеанса передачи объемов (количества) информации, а также и на каждую услугу по отдельности.

7.1 Опробование при измерении объемов (количества) информации

Опробование производят по схеме в соответствии с рисунком 1 в следующей последовательности:

- включить питание прибора Сигма, после автоматической инсталляции операционной системы Linux, на рабочем столе появляются пиктограммы: **Sigma-IP**, **Sigma-Taxofon**, **Sigma-ATC** (рисунок 2), ассоциированные с программным обеспечением **sigma.exe**;




Рисунок 2

- создать настройку испытаний:
- щелкнуть по пиктограмме **Sigma-IP**, открывается основное окно подпрограммы СИГМА-ПД, рисунок 3;




Рисунок 3

- создать новое испытание, для чего надо щелкнуть по кнопке **Создать**, рисунок 4, и ввести в бокс **Имя испытания** название нового испытания, например **Router8801**;




Рисунок 4

- перейти во вкладку **Исходные данные/Комплекты/Основные данные**, рисунок 5, и в боксе **Выбор сети** ввести исходные;




Рисунок 5

- перейти во вкладку **Основные данные/Пароли**, рисунок 6 и ввести в соответствующие окна: **Логин**, **Пароль**, полученные от оператора;




Рисунок 6

- перейти во вкладку **Исходные данные/План испытаний**, и создать для опробования один этап, согласно таблице 4 и рисунку 7;

Таблица 4

Объем информации	Количество соединений	Назначение
1 КБ	16	Опробование
10 Б	300	
100 КБ	8	
1 МБ	8	
100 МБ*	4	

* При невозможности передачи 100 МБ в одной сессии, установить максимально возможный объем, указанный оператором связи




Рисунок 7

- перейти во вкладку **Испытания** и сохранить исходные данные, щелкнув по кнопке **Сохранить**, рисунок 8.

Настройка для опробования готова к запуску.




Рисунок 8

Для старта испытаний необходимо нажать на кнопку **Старт**, прибор автоматически выполнит программу опробования.

После выполнения программы необходимо запросить у оператора учетный файл и скопировать его в папку **Sigma-IP** с именем испытания (**Router8801**) прибора Сигма.

Перейти в меню **Статистика/Выбор испытания/Расчет**, рисунок 9, и выполнить расчет испытания.




Рисунок 9

Перейти в меню **Статистика/Конвертация** и выбрать конвертор, рисунок 10, (или создать конвертор в соответствии с руководством по эксплуатации прибора Сигма СВТН.466961.001РЭ, раздел 2, Программное обеспечение СИГМА-ПД), для автоматического расчета результатов опробования.




Рисунок 10

Перейти в меню **Статистика/Данные расчета/Итоговые**, рисунок 11, затем последовательно в меню **Статистика/Данные расчета/Погрешность**, рисунок 12, в меню **Статистика/Данные расчета/Интервалы**, рисунок 13.




Рисунок 11




Рисунок 12




Рисунок 13

Оценить результаты опробования (успешно, неуспешно):

- при **успешном** результате опробования (погрешность СИПД для каждой сессии не превышает ± 1 байт, конвертация учетного файла успешна) испытания продолжают;
- при **неуспешном** результате (погрешность СИПД хотя бы для одной сессии превышает ± 1 байт, или конвертация учетного файла не успешна), испытания прекращаются до устранения неисправности.

7.2 Определение МХ при измерении объемов (количества) информации

7.2.1 Поверку СИПД проводят на репрезентативных выборках комплексным (сквозным) методом, суть которого заключается в многократной подаче на вход испытываемого оборудования сигнала эталонного объема (количества) информации, а по средствам отображения информации (дисплей или учетные файлы) определяют объем (количество) информации каждого соединения, измеренные СИПД, с дальнейшей обработкой и оценкой МХ.

7.2.2 Для СИПД нормируются следующие МХ:

- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения объемов (количества) информации, в диапазоне от 10 байт до 100 Мбайт, байт ± 1 ;
- вероятность неправильного представления исходных данных для тарификации, не более 0,0001.

7.2.3 В процессе поверки для СИПД определяются:

- систематическая составляющая погрешности;
- СКО (среднеквадратическое отклонение) для суммарной, систематической и случайной составляющих погрешности;
- 95%-ный доверительный интервал систематической составляющей погрешности и СКО систематической составляющей погрешности.

Для определения МХ при измерении объемов (количества) информации создаются 4 этапа в соответствии с таблицей 4 аналогично пункту 7.1, рисунок 14.




Рисунок 14

Процедуру поверки прибор Сигма выполняет автоматически - формирует необходимое количество IP соединений различного эталонного объема информации по восьми модемам.

7.3 Опробование при измерении длительности сеанса передачи объемов (количества) информации

Опробование производят по схеме в соответствии с рисунком 1 в следующей последовательности:

- щелкнуть по пиктограмме **Sigma-ATC** (см. рисунок 2), открывается основное окно подпрограммы **СИГМА-АТС**, рисунок 15,




Рисунок 15

- выбрать имя испытаний (например **Router8801**) или создать новую настройку испытаний, щелкнув по кнопке создать, откроется окно, рисунок 16, в котором можно выбрать ранее созданную настройку ли ввести имя в бокс **File name** и сохранить, нажав на кнопку **Save**.




Рисунок 16

- щелкнуть по вкладке **Исходные данные** и выбрать опцию **Комплекты\Основные данные** (рисунок 17) и в соответствующих боксах ввести собственные и вызываемые телефонные номера, полученные от оператора;




Рисунок 17

- щелкнуть вкладку **Настроить** и для каждого комплекта ввести **Имя пользователя** (Логин), **Пароль** и **IP Адрес сервера** (рисунок 18);




Рисунок 18

- щелкнуть вкладку **План испытаний** (рисунок 19) и в диалоговое окно **Выбор этапа 1** ввести длительность телефонного соединения и количество соединений на этапе. Для опробования создается один этап, а для испытаний - 3 этапа в соответствии с таблицей 5.




Рисунок 19 - Исходные данные/ План испытаний

Таблица 5

Длительность, с	Количество соединений	Назначение
10	16	Опробование
1	300	
600	8	
3600*	4	

* При невозможности установления длительности соединения, равной 3600 с, установить максимально возможную длительность, указанную оператором связи

При необходимости можно сделать дополнительные настройки: **Старт со сдвигом** и изменить время между сессиями.

Перейти на вкладку **Испытания** и нажать клавишу **Сохранить**.

Для старта испытаний необходимо нажать на кнопку **Старт**, прибор Сигма автоматически выполнит программу опробования.

После выполнения программы необходимо запросить у оператора учетный файл и скопировать его в прибор Сигма в папку **Sigma-ATC** с именем испытания (**Router8801**).

Перейти в меню **Статистика/Конвертация** и выбрать или создать конвертор, рисунок 20, для автоматического расчета результатов опробования и способ расчета, рисунок 21.




Рисунок 20




Рисунок 21

Оценить результаты опробования (успешно, неуспешно):

а) при **успешном** результате опробования (погрешность СИПД для каждой сессии не превышает ± 1 с, конвертация учетного файла успешна) испытания продолжаются;

б) при **неуспешном** результате (погрешность СИПД хотя бы одной сессии превышает ± 1 с, или конвертация учетного файла не успешна), испытания прекращается до устранения неисправности.

7.4 Определение МХ при измерении длительности сеанса передачи объемов (количества) информации

Определение МХ при измерении длительности сеанса передачи объемов (количества) информации проводят на репрезентативных выборках комплексным (сквозным) методом, суть которого заключается в многократной подаче на вход испытываемого оборудования сигнала эталонной длительности сеанса передачи объемов (количества) информации, а по средствам отображения информации (дисплей или учетные файлы) определяют длительности каждого сеанса передачи объемов (количества) информации, измеренные СИПД, с дальнейшей обработкой и оценкой МХ аналогично пункту 7.3.

Для определения МХ создается 3 этапа, рисунок 22, в соответствии с таблицей 5.




Рисунок 22

Процедуру испытаний прибор Сигма выполняет автоматически - формирует необходимое количество телефонных соединений различной длительности одновременно по восьми абонентским каналам.

8 Обработка результатов измерений

8.1 Обработка результатов измерений и определение МХ (раздел 7) производится полностью автоматически в приборе Сигма по соответствующей программе.

8.2 Результаты поверки СИПД считаются положительными, если для всех соединений погрешность измерения длительности или погрешность измерения передачи данных не превышает предельное значение и отсутствуют потери вызовов из-за неправильного определения номера автоабонента или автоответчика.

8.3 Результаты поверки СИПД считаются отрицательными, если хотя бы для одного соединения погрешность измерения длительности или погрешность измерения передачи данных превышает предельное значение и имеется потеря вызовов из-за неправильного определения номера автоабонента или автоответчика.

8.4 При отрицательных результатах поверки СИПД после устранения причин проводится повторная поверка в объеме первичной поверки.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Если СИПД по результатам поверки признана пригодной к применению, то на нее выдается «Свидетельство о поверке», установленной формы.

9.2 Если СИПД по результатам поверки признана непригодной к применению, то «Свидетельство о поверке» аннулируется, выписывается «Извещение о непригодности к применению» установленной формы, и ее эксплуатация запрещается.

9.3 Формы «Свидетельства о поверке» и «Извещения о непригодности к применению» оформляются в соответствии с документом «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденном приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. №1815.

9.4 В обоих случаях составляется протокол поверки в произвольной форме и в качестве приложений прикладываются распечатки таблиц результатов поверки.

Формы таблиц приведены в приложении Б.

Приложение А (справочное)

Характеристики прибора Сигма

Математический аппарат обработки результатов испытаний

А.1 Формирователь – измеритель соединений универсальный СИГМА.

Общие сведения.

Формирователь – измеритель соединений универсальный СИГМА предназначен для измерений на сетях связи длительности соединения (сеанса связи) и количества (объема) переданной и (или) принятой информации.

Формирователь – измеритель соединений универсальный СИГМА, далее прибор, представляет собой программно-аппаратную систему, состоящую из блока формирователя-измерителя со встроенным управляющим компьютером и пакета специального программного обеспечения, СИГМА, версия 2.0, функционирующего в среде Linux.

Прибор может подключаться к поверяемым объектам по аналоговым абонентским линиям или с использованием технологий: Ethernet, GSM, UMTS, LTE.

В процессе работы прибор обеспечивает выполнение функций:

- переноса единиц объемов цифровой информации от государственного первичного эталона;
- формирования временных интервалов;
- измерения временных интервалов;
- измерения объемов информации;
- статистическая обработка многократных измерений объемов информации и временных интервалов.

Конструктивно оборудование выполнено в виде приборного контейнера, содержащего рабочие ТЭЗы.

Основные МХ:

- пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования длительности IP соединений в диапазоне от 1 до 3600 с, с $\pm 0,25$;
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительности IP соединений в диапазоне от 1 до 3600 с, с $\pm 0,25$;
- погрешность переноса эталонных единиц количества (объемов) информации в диапазоне от 1 байта до 1 Гбайт, байт 0;
- погрешность измерения количества (объемов) информации, принимаемой в IP соединении, в диапазоне от 1 байта до 1 Гбайт, байт ± 1 ;
- пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования длительности телефонных соединений по аналоговым линиям в диапазоне от 1 до 3600 с, с $\pm 0,25$;
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительности телефонных соединений по аналоговым линиям в диапазоне от 1 до 3600 с, с $\pm 0,25$;
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительности телефонных соединений в режиме таксофона в диапазоне от 1 до 600 с, с $\pm 0,25$.

А.2 Математический аппарат обработки результатов испытаний

А.2.1 Модель испытаний

Объектом испытаний являются СИ, которые измеряют объем проходящей через них информации, либо длительность осуществляемых соединений или сеансов связи соответственно.

Схема испытания состоит из последовательно осуществляемых опытов, в каждом из которых испытываемое устройство проводит измерение заведомо известного (эталонного) значения длительности или объема информации.

Результатом каждого опыта, то есть наблюдаемым событием, будет погрешность измерения, то есть разность между измеренным и подаваемым на вход эталонным значениями.

Результат считается успешным, если погрешность измерения меньше или равна заданному предельно допустимому значению и неуспешным - в противном случае.

Неуспешным, также, считается измерение, незафиксированное испытываемым устройством.

Обозначим вероятность успешного результата каждого измерения – p , тогда вероятность неуспешного результата $q = 1 - p$, где p – вероятность появления успешного события, а q – вероятность появления неуспешного события (отказа).

Так как все измерения проводятся в одинаковых условиях – то эти вероятности (p и q) независимы и одинаковы для каждого опыта. Тогда, число успешных результатов S из n проводимых опытов - является случайной величиной, распределенной по биномиальному закону.

$$P(S < s) = \sum_{k=0}^s \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad (1)$$

где $P(S < s)$ – вероятность того, что число успешных результатов не превысит величины s ,
 k – текущее значение величины S .

А.2.2 Критерии завершения испытаний

В ходе проведения испытаний требуется проверить, что оцениваемое значение $\bar{q} < P_0$ при выбранном значении доверительной вероятности $P_{\text{дов}}$. P_0 – это предельно допустимая вероятность измерений с погрешностью больше заданной.

Вероятность $P(S < s)$ можно рассматривать, как вероятность попадания оцениваемой величины \bar{q} в заданный интервал $[0, q]$, то есть должно выполняться соотношение $P(S < s) = P_{\text{дов}}$, или исходя из (1):

$$\sum_{k=0}^s \binom{n}{k} (1-P_0)^k P_0^{n-k} \geq P_{\text{дов}}; \quad (2)$$

Из соотношения (2) находим s . Фактически это означает, что при вероятности отказа (ошибки измерения), равной P_0 , с вероятностью $P_{\text{дов}}$ будут успешными не более s измерений.

Иначе говоря, если в серии из n испытаний число отказов составит не более, чем $y = (n - s)$, то можно утверждать, вероятность неправильной работы контролируемой системы измерений – меньше предельно - допустимой. Обозначим это значение y_n .

Аналогично, из соотношения (3), можно определить значение s и, соответственно, $y = (n - s)$, при котором вероятность неправильной работы контролируемой системы измерений окажется больше предельно - допустимой. Обозначим его y_v .

$$\sum_{k=0}^s \binom{n}{k} P_0^k (1-P_0)^{n-k} \geq P_{\text{дов}} \quad (3)$$

Таким образом, в процессе проведения испытаний, в соответствующие моменты времени, проводится анализ зафиксированного количества ошибок (отказов) y на соответствие границам y_n и y_v , определенным, в соответствие с (2) и (3) Примеры расчета при разных значениях допустимой вероятности отказа (ошибки измерения) приведены в таблицах А1 и А2.

Если $y < y_n$, то испытания закончены, результат **УСПЕШНО**;

Если $y > y_v$, то испытания закончены, результат **НЕУСПЕШНО**;

Если $y_n < y < y_v$, то испытания следует продолжать, **ДАННЫХ НЕДОСТАТОЧНО**.

А.2.3 Точечные и интервальные оценки погрешности

Пусть A – измеряемая величина, тогда оцениваемую нами погрешность обозначим x_i .

Погрешность измерений – случайная величина, значения этой величины можно вычислить для каждого измерения, как разность между значением, измеренным контролируемым оборудованием и эталонным значением формируемым прибором $x_i = A_{изм_i} - A_{эт_i}$.

Таким образом, имеем набор значений погрешности измерений от x_1 до x_n .

Погрешность измерений является случайной величиной. На практике, полагают, что эта случайная величина имеет **нормальное распределение**. Это обусловлено тем, что погрешности измерений складываются из большого числа небольших возмущений, ни одно из которых не является преобладающим. Согласно же **центральной предельной теореме** сумма бесконечно большого числа взаимно независимых бесконечно малых случайных величин с любыми распределениями имеет **нормальное распределение**.

Реально, даже воздействие ограниченного числа возмущений, приводит к нормальному распределению результатов измерений и их погрешностей.

А.2.4 Систематическая составляющая погрешности

При многократных измерениях эффективной оценкой *математического ожидания* для группы из n наблюдений является среднее арифметическое \bar{x} :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (4)$$

Формула (4) – определяет систематическую составляющую погрешности.

А.2.5 Среднеквадратическое отклонение СКО систематической погрешности

Оценка дисперсии будет выражаться:

$$\tilde{D} = \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (5)$$

Тогда среднеквадратическое отклонение от этого среднего σ определяется, как квадратный корень из выражения (5):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (6)$$

А.2.6 Доверительный интервал систематической составляющей погрешности

95% - ный доверительный интервал для оцениваемой погрешности задается как:

$$x = \bar{x} \pm 1,96 \sigma \quad (7)$$

А.2.7 Доверительный интервал для дисперсии

Величина \tilde{D} – представляет сумму случайных величин и в нашем случае можно утверждать, что величина \tilde{D} распределена по нормальному закону.

Тогда:

$$D[\tilde{D}] = \frac{2}{n-1} \tilde{D}^2, \quad (8)$$

а среднеквадратическое отклонение $\sigma_{\tilde{D}}$ будет равно:

$$\sigma_{\tilde{D}} = \sqrt{\frac{2}{n-1}} \tilde{D} \quad (9)$$

95% - ный доверительный интервал для дисперсии D будет определяться:

$$D = \tilde{D} \mp 1,96 \sigma_{\tilde{D}}; \quad (10)$$

Таким образом, 95% - ный доверительный интервал для СКО систематической погрешности будет ограничен интервалом $(\sqrt{\bar{D}} - 1,96 \sigma_{\bar{D}}; \sqrt{\bar{D}} + 1,96 \sigma_{\bar{D}})$.

А.2.8 Доверительный интервал суммарной погрешности

Доверительный интервал, в котором находится значение суммарной погрешности задается формулой:

$$\Delta t_{\min} < X_{\text{сум}} < \Delta t_{\max}, \quad (11)$$

или

$$\Delta V_{\min} < X_{\text{сум}} < \Delta V_{\max}. \quad (12)$$

Min и max – это минимальное и максимальное значения погрешности измерения длительности сессии или объема переданного файла, в зависимости от вида испытаний.

А.2.9 Оценка вероятности неправильной работы контролируемого оборудования

Оценка вероятности неправильной работы контролируемого оборудования производится исходя из зафиксированных на конец испытаний значений n (общее число проводимых опытов) и y (количество отказов) по формулам (2) и (3).

Вероятность отказа $P_{\text{отк}}$ будет принадлежать диапазону:

$$P_{\text{н}} < P_{\text{отк}} < P_{\text{в}}, \quad (13)$$

где $P_{\text{н}}$ и $P_{\text{в}}$ соответственно нижняя и верхняя границы вероятности отказа.

Эти границы, в свою очередь, могут быть найдены из уравнений (14) и (15) при внесении в них соответствующих значений n и y и $P_{\text{дов}} = 0,95$.

$$\sum_{k=0}^y \binom{k}{n} (1 - P_{\text{н}})^k P_{\text{н}}^{n-k} = P_{\text{дов}}; \quad (14)$$

$$\sum_{k=0}^y \binom{k}{n} P_{\text{в}}^k (1 - P_{\text{в}})^{n-k} = P_{\text{дов}}. \quad (15)$$

В таблицах А1 и А2 представлены число необходимых испытаний для вероятности ошибок $P_0 = 0,01$ и $P_0 = 0,0001$.

Таблица А1 - Вероятность ошибки $P_0 = 0,01$

Число испытаний	Успешно, если число ошибок меньше или равно	Неуспешно, если число ошибок больше
299	1	6
473	2	9
628	3	11
773	4	13
913	5	14
1049	6	16
1182	7	18
1312	8	19
1441	9	21
1568	10	22
1693	11	24
1818	12	25
1941	13	27
2064	14	28
2185	15	30
2306	16	31

Таблица А2 - Вероятность ошибки $P_0 = 0,0001$

Число испытаний	Успешно, если число ошибок меньше или равно	Неуспешно, если число ошибок больше
29956	1	6
47437	2	9
62956	3	11
77535	4	13
91533	5	14
105128	6	16
118422	7	18
131479	8	19
144344	9	21
157049	10	22
169619	11	24
182072	12	25
194422	13	27
206682	14	28
218861	15	30
230968	16	31

Приложение В (справочное)

Описание формата файла подробного учета тарифной информации

Наименование шаблона конвертора – **Eric-router-2019.cfg**

Для того, чтобы файл подробного учета, полученный от системы измерений, был корректно импортирован программным обеспечением прибора Сигма необходимо определить и описать его структуру.

Данные подробного учета, полученные от СИПД Ericson Router 8801, представляют собой набор текстовых файлов.

Для дальнейшего использования их необходимо объединить в один файл. Это обеспечивается программными средствами ПО Сигма окно: **СТАТИСТИКА/Конвертация/Склеить файлы СИДС**.

Полученный объединенный файл имеет текстовый формат и тегированную структуру. Каждому сеансу передачи данных в учетном файле соответствует блок текстовых строк, называемый записью, и начинающийся символьной строкой **<User-Name>**.

Каждая строка в блоке заканчивается символом перевода строки.

Поля информации состоят из двух частей: названия поля и содержания поля, отделенного от названия символом равенства.

Для каждого сеанса связи может формироваться несколько записей, имеющих различный статус, определяемый полем **<Acct-Status-Type>**. Эти записи формируются следующим образом. При старте сеанса передачи данных формируется запись, в которой поле **Acct-Status-Type** принимает значение **Start**, при завершении сеанса формируется запись, в которой поле **Acct-Status-Type** принимает значение **Stop**.

Конвертер **Eric-router-2019.cfg** обеспечивает анализ только тех записей, которые имеют значения поля **<Acct-Status-Type>** **Start** и **Stop**.

Программное обеспечение прибора Сигма импортирует информационные поля из записей файла учета, причем поле "Дата и время начала сеанса" импортируется из записи со статусом **Start**, а остальные поля - из записи со статусом **Stop**.

Импортируемые поля:


- **Идентификатор абонента** содержится в поле **< User-Name >**;
- **Дата и время начала сеанса** содержатся в поле **<Timestamp>**, в формате "Unix time";
- **Дата и время окончания сеанса** содержатся в поле **<Timestamp>**, в формате "Unix time";
- **Длительность сеанса связи** (в секундах) содержится в поле **<Acct-Session-Time>**
- **Объем принятой информации** (в байтах) содержится в поле **<Acct-Output-Octets>**;
- **Объем переданной информации** (в байтах) содержится в поле **<Acct-Input-Octets>**.

Значения столбца "Duration" выражены в секундах, поэтому следует каждое значение этого столбца умножить на 1000, чтобы эти значения были выражены в миллисекундах.

Полученный после конвертации файл имеет расширение **csv** и содержит информацию об одном сеансе.

Файл следует скопировать в каталог: **home/administrator/sotsbi/sigma_ip/SIPD** прибора Сигма.

Фрагмент файла учета представлен на рисунке В1.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Call Type	Service	Subscriber	Called party	Start time	Stop time	Duration	Input bytes	Output bytes
2	PPP		rrp2		14.05.2019 12:27:38,0	14.05.2019 12:37:39,0	601 000	3501392	36240
3	PPP		rrp8		14.05.2019 12:27:38,0	14.05.2019 12:37:38,0	600 000	3501262	36594
4	PPP		rrp6		14.05.2019 12:27:38,0	14.05.2019 12:37:38,0	600 000	3501262	36594
5	PPP		rrp4		14.05.2019 12:27:38,0	14.05.2019 12:37:39,0	601 000	3498922	36594
6	PPP		rrp5		14.05.2019 12:27:39,0	14.05.2019 12:37:40,0	601 000	64968	3472444
7	PPP		rrp3		14.05.2019 12:27:39,0	14.05.2019 12:37:40,0	601 000	64968	3470104

Рисунок В1

Пример записи в учетном файле:

Первая строка приведенного файла интерпретируется ПО прибора Сигма следующим образом: абонент с идентификатором rrp2 инициировал сеанс передачи данных, дата и время начала которого зафиксирована в файле, как 14 мая 2019 г. 12 ч, 27 мин 38.0 с, а окончание - 14 мая 2019 г. 12 ч, 37 мин 39.0 с.

За время сеанса абонент передал 3501392 байта, а принял – 36240 байт.

Длительность сеанса составила 601 000 мс (601 с).

