



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.34.004.А № 73472

Срок действия до 09 апреля 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Модули ввода/вывода серии 1719

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Rockwell Automation Inc., США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 74627-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
МИ 2539-99

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 09 апреля 2019 г. № 790

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

А.В.Кулешов

"....." ..... 2019 г.

Серия СИ

№ 035516

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

### Модули ввода/вывода серии 1719

#### **Назначение средства измерений**

Модули ввода/вывода серии 1719 предназначены для измерительных преобразований сигналов силы и напряжения постоянного тока, сопротивления постоянного тока, сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления, частоты следования импульсов, а также для формирования управляющих аналоговых сигналов силы постоянного тока.

#### **Описание средства измерений**

Принцип действия модулей ввода/вывода серии 1719 основан на преобразовании сигналов от датчиков в цифровой код при помощи аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и на преобразовании цифрового кода в воспроизводимую величину при помощи цифро-аналогового преобразователя (ЦАП).

Модули ввода/вывода серии 1719 применяются для гальванической развязки вторичной части измерительных и управляющих систем от выходных цепей датчиков и входных цепей исполнительных механизмов при автоматизации технологических процессов в различных областях промышленности, на транспорте, в коммунальном хозяйстве.

Модули ввода/вывода серии 1719 представляют собой многоканальные искрозащищенные аналого-цифровые и цифро-аналоговые промежуточные измерительные преобразователи с гальванической развязкой цепей входа, выхода и питания. Требования к гальванической развязке соответствуют требованиям европейского стандарта EN50020.

Модули ввода/вывода серии 1719 конструктивно представляют собой электронные приборы, выполненные в пластиковых корпусах с металлическими выводами и предназначены для крепления на терминальную панель. Выпускаются следующих типов:

- 1719-CF4H для измерительных преобразований аналоговых сигналов силы постоянного электрического тока в цифровой код и для воспроизведения выходных аналоговых сигналов силы постоянного тока;

- 1719-IT4B для измерительных преобразований сигналов напряжения постоянного тока и сигналов от термопар;

- 1719-IR4B для измерительных преобразований сигналов от термопреобразователей сопротивления;

- 1719-IF4HB для измерительных преобразований аналоговых сигналов силы постоянного электрического тока в цифровой код;

- 1719-И для измерительных преобразований частоты следования импульсов.

Общий вид средства измерений представлен на рисунке 1.

Пломбирование модулей не предусмотрено.



Рисунок 1 – Общий вид модулей ввода/вывода серии 1719

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) модулей можно разделить на 2 группы – встроенное программное обеспечение (ВПО) и ПО устанавливаемое на персональный компьютер или систему управления.

ВПО, влияющее на метрологические характеристики, устанавливается в энергонезависимую память модулей в производственном цикле на заводе-изготовителе и не может быть модифицировано в процессе эксплуатации с помощью внешнего подключения, за исключением калибровки.

Программные средства верхнего уровня содержат:

- серверную часть для сбора и передачи информации с модулей;
- клиентскую часть, устанавливаемую на АРМ, обеспечивающую визуализацию параметров;
- инженерную станцию для изменения технологического программного обеспечения, на которой установлено ПО для конфигурирования устройств — Studio 5000.

Внешнее ПО не даёт доступ к внутренним программным микрокодам измерительных модулей и не позволяет вносить изменения в ВПО.

По завершении настройки ПО на объекте создается конфигурация, соответствующая данному объекту, идентичность которой контролируется при проведении регламентных работ путем проверки контрольной суммы ПО по специальному алгоритму.

Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные метрологически значимого ПО

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование ПО	ВПО (Firmware)
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	Не ниже 1.001
Цифровой идентификатор ПО	—

### Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 – Метрологические характеристики модулей 1719-CF4H, 1719-IF4HB, 1719-IT4B, 1719-IR4B

Тип модуля	Диапазоны преобразований аналоговых сигналов/разрядность цифровых сигналов		Пределы допускаемой приведенной основной погрешности, % от диапазона, ±	Пределы допускаемой приведенной доп. погрешности от изменения темп. окр. среды на 10 °С, % от диапазона, ±
	на входе	на выходе		
1719-CF4H	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	12 бит (для диапазона от 0 до 26 мА)	0,1	0,1
	12 бит (для диапазона от 0 до 26 мА)	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА		
1719-IF4HB	от 4 до 20 мА	12 бит (для диапазона от 0 до 26 мА)	0,1	0,1
1719-IT4B <sup>1)</sup>	от -65 до +75 мВ с фильтром от -75 до +75 мВ без фильтра, U (от -200 до +600 °С) В: (от +400 до +1820 °С) Е: (от -270 до +1000 °С) Т: (от -270 до +400 °С) К: (от -270 до +1372 °С) S: (от -50 до +1768 °С) R: (от -50 до +1768 °С) L: (от -200 до +800 °С) J: (от -210 до +1200 °С) N: (от -270 до +1300 °С)	12 бит	0,1 <sup>2)</sup>	0,1
1719-IR4B	сигналы от термопреобразователей сопротивления Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000: (от -200 до +850 °С) Ni100, Ni500, Ni1000 (от -60 до +180 °С)	12 бит	0,1 <sup>3)</sup>	0,1

<sup>1)</sup> - Поддерживаются термодпары В, Е, К, N, Т, J, R и S с номинальными статистическими характеристиками (НСХ) согласно документу ГОСТ Р 8.585-2001; типов L и U с НСХ согласно документу DIN 43710-1985.

Продолжение таблицы 2

<p><sup>2)</sup> - Погрешность канала компенсации температуры холодного спая со встроенным термочувствительным элементом включена в допуск на основную погрешность. Погрешность рассчитывается для режима «мВ» (нормирующее значение составляет 150 мВ), после чего пересчитывается в погрешность в «°С» в соответствии с градуировочной характеристикой конкретной термопары.</p> <p><sup>3)</sup> - Погрешность рассчитывается для режима «Ом» и нормируется к максимальному диапазону преобразования для каждого типа, после чего пересчитывается в погрешность в «°С» в соответствии с градуировочной характеристикой конкретного типа термопреобразователя сопротивления согласно документу ГОСТ 6651-2009.</p>
--

Таблица 3 – Метрологические характеристики модуля счёта 1719-И

Тип модуля	Диапазон преобразований частоты следования импульсов и количества импульсов	Пределы допускаемой погрешности в рабочих условиях $\gamma$ – приведённая, $\Delta$ - абсолютная
1719-И	от 0 до 15 кГц (амплитуда сигнала 8,2 В)	$\gamma=0,1$ % от верх. гр. диап. изм. $\Delta=\pm 1$ мГц <sup>1)</sup>
	от 1 до $2^{12}$ , имп.	$\Delta=\pm 1$ имп.
	от 1 до $2^{32}$ , имп.	
<sup>1)</sup> - применяется наибольшая погрешность		

Таблица 4 – Основные технические характеристики модулей серии 1719

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания модулей, В	от 20 до 35
Потребляемая мощность модулей, Вт	
- 1719-IR4В и 1719-И	0,6
- 1719-IT4В	1
- 1719-CF4Н и 1719-IF4НВ	3
Габаритные размеры модулей, мм, не более:	
- высота	100
- ширина 1719-CF4Н и 1719-И	16
- ширина 1719-IF4НВ, 1719-IT4В и 1719-IR4В	32
- длина	103
Масса модулей г, не более:	
1719-И	90
1719-CF4Н	100
1719-IF4НВ, 1719-IT4В и 1719-IR4В	150
Условия эксплуатации:	
- температуры окружающей среды, °С	от -20 до +60
- относительная влажность, %	до 95
- атмосферное давление, кПа	от 74,8 до 110,4
Нормальные климатические условия:	
- температуры окружающей среды, °С	от +18 до +22
- относительная влажность, %	до 95
- атмосферное давление, кПа	от 74,8 до 110,4
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	230 000
Маркировка взрывозащиты	Ex

**Знак утверждения типа**

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

## Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность модулей ввода/вывода серии 1719

Наименование	Обозначение	Количество
Модули удалённого ввода/вывода	Серия 1719	Комплектация и количество в соответствии с картой заказа
Руководство по эксплуатации	—	1 экз.

### Поверка

осуществляется по документу МИ 2539-99 «ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- калибратор многофункциональный ВЕАМЕХ МС6(-R), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 52489-13.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к модулям ввода/вывода серии 1719

ГОСТ Р 52931-2008. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

### Изготовитель

Rockwell Automation Inc., США

Адрес: 1201 South Second Street, Milwaukee, Wisconsin, 53204, USA

Телефон: +1(414) 382-20-00

Web-сайт: [www.rockwellautomation.com](http://www.rockwellautomation.com)

### Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Роквелл Аутомейшн»  
(ООО «Роквелл Аутомейшн»)

Адрес: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 18 этаж

Телефон: +7 (495) 956-04-64

Web-сайт: [www.rockwellautomation.ru](http://www.rockwellautomation.ru)

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Web-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.